

ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
szpital@szpital-makow.pl

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Pak Nr 2- System kompresji klatki piersiowej
Przetarg znak: 15/2018

1. Czy Zamawiający zmieni wymagania dotyczące głębokości ucisku dla pacjentów standardowych na zakres od 5 do 6 cm zgodnie z wytycznymi Europejskiej rady Resuscytacji z 2015 r. ?
Podany w wymaganiach zakres obowiązywał w starych wytycznych i został zmieniony.

Odp. Dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia do kompresji klatki piersiowej z klasyfikacją IP 43, przy czym IP dla akumulatora w tym urządzeniu ma wynosić IP 44 ?

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowane urządzenie miało pamięć rejestrującą wszystkie parametry kompresji w czasie z możliwością jej transferu na dowolny komputer poprzez WiFi oraz dekompresję aktywną polegającą na przyśpieszeniu odprężenia klatki piersiowej, co zwiększa istotnie ilość przetłaczanej przez serce krwi ?

Odp. Dopuszcza

Dotyczy Pakietu nr 2 – System kompresji klatki piersiowej

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, które posiada system pasów stabilizujących pacjenta, bez konieczności stosowania odrębnej podkładki pod głowę? Takie rozwiązanie gwarantuje pełną stabilizację pacjenta nawet w czasie transportu.

Odp. Tak

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane urządzenie posiadało oprócz trybu 30 uciśnień/ 2 wdechy, trybu pracy ciągłej, również tryb pracy 15 uciśnień/ 2 wdechy? Takie rozwiązanie zapewni możliwość poddania terapii szerszej grupie populacji: osób dorosłych, osób skrajnie otyłych jak również dzieci, które przekroczyły 25 kg masy ciała.

Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 6 tygodni od podpisania umowy.

Odp. Tak

Pak Nr 1, Holter – 2 sztuk

Pyt. 1 Czy zamawiający dopuści do przetargu holtery z własnym dedykowanym oprogramowaniem spełniającym podane wymagania? Obligatoryjny wymóg wskazanego oprogramowania wymusza oferowanie sprzętu wyłącznie jednego producenta.

Odp. Postępowanie dotyczy rozbudowy istniejącego systemu. Jeżeli dostawca wymieni system docelowo 4 holterów w cenie przetargowej - dopuszcza

Pyt. 2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy oprogramowanie do analizy Holtera z analizą w trybie retrospektywnym bez analizy prospektywnej ? Analiza prospektywna potrafi być bardzo czasochłonna i wymagająca przy skomplikowanych badaniach w momencie gdy analiza retrospektywna jest bardzo dokładnym rozwiązaniem i w pełni wystarczającym do poprawnego zaklasyfikowania pacjenta.

Odp. Nie

Pyt. 3. Czy zamawiający dopuści do przetargu holter ABPM o zakresie mierzonego ciśnienia 30-260mmHg? Jest to zakres wystarczający do poprawnej pracy w warunkach klinicznych.

Odp. Tak
