

Znak sprawy: 22/2018

Pak nr 4 I poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków CADO z płynem dializacyjnym o objętości 2,0l i 2,5l o stężeniu glukozy 1,36% i 2,27%, zamiast Worki CADO z płynem dializacyjnym :
objętość - 2,0l lub 2,5 lub 3,0 stężenie glukozy : 1,36% , 2,27% , 3,86% ?

Odp. Tak

Pak nr 5 II poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków CADO z płynem dializacyjnym o objętości 2,0l i 2,5l o stężeniu glukozy 1,36% i 2,27%, zamiast Worki CADO z płynem dializacyjnym :
objętość - 2,0l lub 2,5 lub 3,0 stężenie glukozy : 1,36% , 2,27% , 3,86% ?

Odp. Tak

Pak nr III poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków ADO z płynem dializacyjnym o objętości 5,0l z glukozą 13,6 mg/ml, 22,7 mg/ml oraz 2,5l glukozą 1,36% w/v 13,6 mg/ml, 2,27% w/v 22,7 mg/ml, zamiast Worki ADO z płynem dializacyjnym: objętość - 5,0 l stężenie glukozy : 1,36% , 2,27% , 3,86%?

Odp. Tak

Pakiet nr 8, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z trzpieniem powyżej krawędzi korka, dzięki czemu łatwiej naprowadzić koreczek właściwie na gwint, a tym samym nakręcić prawidłowo koreczek, co chroni przed rozszczelnieniem?

Odp. Tak

Pakiet nr 8, poz. 1-2

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert.

Odp. Nie

Pakiet 8, poz. 3-7

Proszę o dopuszczenie kaniul z koreczkiem standardowym, który należy docisnąć przy zamknięciu, który nie jest narażony na samootwarcie, tak jak ma to miejsce w przypadku koreczka samodomykającego, który w odwrotnym kierunku może działać jako samootwierający się, co zwiększa ryzyko infekcji.

Odp. Tak

Pakiet 8 poz. 1-7

Czy Zamawiający w zestawie z kaniulami oczekuje dodatkowo mandrynow (opturatorów) – gdyż zamawiający pisze że koreczki, kaniule mandryny mają pochodzić od jednego producenta.

Odp. SIWZ

Pakiet nr 8, poz. 8

Proszę o odstąpienie od wymogu jednego producenta dla korków i kaniul. Każdy sprzęt produkowany zgodnie z normą ISO 594-1, zapewnia szczelność połączeń bez względu na jego producenta, w związku z czym wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, natomiast bardzo ogranicza możliwość złożenia oferty wielu Wykonawcom, przez co drastycznie zakłóca rozwój wolnej konkurencji.

Odp. Kompatybilne

Pakiet 8

Pyt. 1 – Czy Zamawiający w poz. 1-2 dopuści: kaniule dożylnie bez portu bocznego 0,6mm (26G) i 0,7mm (24G) dla noworodków i dzieci- przepływ 19ml/min (26G) i 29ml/min (24G), wykonane z FEP, z 3 paskami radioceniującymi, bez zdejmowalnego uchwytu, ze skrzydełkami ułatwiającymi wprowadzenie kaniuli, z filtrem hydrofobowym zapobiegającym wypływowi krwi w momencie wkłucia?

Odp. Nie

Pyt. 2 – Czy Zamawiający w poz. 3-7 dopuści: kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatraskowym typu "klik", domykanym standardowo, umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, wyposażona w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi korka?

Odp. Tak

Pyt. 3 – czy Zamawiający w poz. 8 dopuści: koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi korka?

Odp. Tak

Dot. Pak Nr -3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie koncentratu kwaśnego FA do hemodializy
O pojemności 6L .

Odp. Tak