

Znak sprawy: 24/2018

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 i 2 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, dzięki czemu Zamawiający osiągnie niższe ceny, w wyniku czego możliwe będzie racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi? Jednocześnie zgodna na powyższe pozwoli na zachowanie zasady uczciwej konkurencji, zgodnie z obowiązującą ustawą PZP.

Odp. Nie

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Sterylny uniwersalny zestaw: wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min.54g/m². Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) >150 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie > 118kPa (zgodnie z EN 13938-1). Skład i rozmiary zestawu:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150x190cm
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 78x145cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75x90cm
- 1 serweta operacyjna 180x180cm
- 1 przylepiec taśmowy 9x50cm
- 2 ręczniki celulozowe

Odp. Nie

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Sterylny uniwersalny zestaw: wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 60 g/m². Chłonność 458%. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) 165 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie 168kPa (zgodnie z EN 13938-1). Skład i rozmiary zestawu:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150x190cm
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 78x145cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75x90cm
- 1 serweta operacyjna 180x180cm
- 1 przylepiec taśmowy 9x50cm
- 2 ręczniki celulozowe

Odp. Nie

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Sterylny uniwersalny zestaw wzmocniony: wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 60g/m². Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 80g/m² - całkowita gramatura w części wzmocnionej 140 g/m². Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie 168kPa (zgodnie z EN 13938-1).

Skład i rozmiary zestawu:

- 1 serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona 150 cm x 190 cm,
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo, wzmocniona 78 cm x 145 cm,
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 180x180 cm z padem chłonnym i organizatorami przewodów,
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm,
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm z padem chłonnym i organizatorami przewodów,
- 1 przylepiec taśmowy 9 cm x 50 cm,
- 4 ręczniki celulozowe

Odp. Tak

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 15

Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów równoważnych z rękawicami bezpudrowymi nitrylowymi (mniej uczulającymi dla finalnego użytkownika aniżeli rękawice lateksowe).

Odp. Tak

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 15 poz. 2

Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu równoważnego o minimalnych różnicach w centymetrach kilku składowych (różnice zaznaczone podkreśleniem):

Podłączanie:

Serweta nieprzylepna dwuwarstwowa **50x60cm** – 1 szt.

Opatr. włókninowy do mocowania kaniul 8 x **6** cm – 2 szt.

Przylepiec włókninowy 1,25 x 15,**5** cm – 4 szt

Rozłączanie:

Samoprzylepny opatrunek włókninowy 5x **7** cm – 2 szt.

Odp. Tak