

Maków Mazowiecki 17.10.2019

Znak sprawy 15/2019

Pytanie 1 - Dot. wymogu Zamawiającego: "PLATFORMA KAMERY - STEROWNIK KAMERY ROZPOZNAJE PODŁĄCZONĄ KAMERĘ I DOSTOSOWUJE PARAMETRY OBRAZU I MONITORA".

Czy w ramach powyższego wymogu Zamawiający dopuści do zaoferowania jako równoważny, sterownik kamery, który rozpoznaje podłączoną głowicę kamery i dostosowuje prawidłowe wyświetlanie kolorów obrazu na ekranie monitora po wykonaniu balansu bieli ?

Odp. Tak

Pytanie 2 - Dot. wymogu Zamawiającego: "PLATFORMA KAMERY - MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA: JASNOŚCI (OD -5 DO 5 CO 1)".

Czy w ramach powyższego wymogu Zamawiający dopuści do zaoferowania jako równoważny, sterownik kamery z 5-cio stopniową regulacją jasności (tj. od 1 do 5 co 1 poziom)?

Odp. Tak

Pytanie 3 - Dot. wymogu Zamawiającego: "PLATFORMA KAMERY - ZOOMU CYFROWEGO (OD 1 DO 1,8 CO 0,2)". Czy w ramach powyższego wymogu Zamawiający dopuści do zaoferowania jako równoważny, sterownik kamery z 5-cio stopniową regulacją zoom'u cyfrowego (tj. od 1 do 5 co 1 poziom)?

Odp. Tak

Pytanie 4 - Dot. wymogu Zamawiającego: "PLATFORMA KAMERY - KONTRASTU (OD -5 DO 5 CO 1)".

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jako równoważny, sterownik kamery bez regulacji kontrastu? Kontrast obrazu może być regulowany w monitorze.

Odp. Tak

Pytanie 5 - Dot. wymogów Zamawiającego: "PLATFORMA KAMERY - WZMOCNIENIA CZERWONEGO KOLORU (OD -5 DO 5 CO 1) i REDUKCJA CZERWONEGO KOLORU".

Czy w ramach powyższych wymogów Zamawiający dopuści do zaoferowania jako równoważny, sterownik kamery bez funkcji wzmocnienia i redukcji czerwonego koloru? Zaletą oferowanego sterownika kamery, który pracuje w połączeniu z głowicą kamery FULL HD jest doskonałe odwzorowywanie kolorów (w tym czerwonego koloru), które nie wymagają dodatkowego wzmacniania lub redukcji.

Odp. Tak

Pytanie 6 - Dot. wymogu Zamawiającego: "PLATFORMA KAMERY - ALGORYTM REDUKCJI DYMU".

Czy w ramach powyższego wymogu Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną funkcjonalność polegającą na rzeczywistym redukowaniu dymu z pola operacyjnego przy pomocy zewnętrznego urządzenia sterującego oddymianiem zamiast algorytmu redukcji dymu realizowanego przez sterownik kamery? Nadmieniamy, że algorytm redukcji dymu sterownika kamery nie redukuje dymu w rzeczywistości tylko wirtualnie.

Odp. Tak

Pytanie 7 - Dot. wymogu Zamawiającego: "PLATFORMA KAMERY - POBÓR MOCY 120 W".

Czy w ramach powyższego wymogu Zamawiający dopuści do zaoferowania jako równoważny sterownik kamery, o poborze mocy w zakresie od 124 do 186 VA w zależności od konfiguracji?

Odp. Tak

Pytanie 8 - Dot. wymogów Zamawiającego:

"PLATFORMA KAMERY - SYGNAŁ VIDEO

2 x 3D NIE MNIEJ NIŻ 3G SDI (1080p),

2 x 3D NIE MNIEJ NIŻ DVI-D (1080p),

2 x 2D NIE MNIEJ NIŻ DVI-D (1080p),

1 x 2D NIE MNIEJ NIŻ HD-SDI (1080i)"

Czy w ramach powyższych wymogów Zamawiający dopuści do zaoferowania sterownik kamery wyposażony w uniwersalne wyjścia wideo tj.:

2 x 2D/3D DVI-D (1080p) oraz

1 x 2D/3D 3G-SDI (1080p),

które umożliwiają przesyłanie sygnału wideo zarówno 2D jak i 3D w rozdzielczości 1080p, zamiast oddzielnych wyjść dedykowanych tylko do 3D lub tylko do 2D? Wykorzystanie uniwersalnych wyjść sygnału wideo sprawia, że jest mniejsze ryzyko popełnienia błędu podczas podłączania.

Odp. Tak

Pytanie 9 - Dot. wymogów Zamawiającego: "ZRÓDŁO ŚWIATŁA LED - PANEL [PRZEDNI Z WYŚWIETLACZEM LCD, WYŚWIETLACZ MONOCHROMATYCZNY 2,4 CALA".

Czy w ramach powyższych wymogów Zamawiający dopuści do zaoferowania jako równoważne, źródło światła wyposażone w czytelne wyświetlacze LED na panelu przednim zamiast wyświetlacza monochromatycznego LCD 2,4 CALA"?

Odp. Tak

Pytanie 10 - Dot. wymogu Zamawiającego: " ZRÓDŁO ŚWIATŁA LED - REGULACJA NATĘŻENIA ŚWIATŁA ZA POMOCĄ POKRĘTŁA".

Czy w ramach powyższego wymogu Zamawiający dopuści do zaoferowania jako równoważne, źródło światła, w którym regulacja natężenia światła odbywa się przy pomocy przycisków zamiast za pomocą pokręta?

Odp. Tak

Pytanie 11 - Dot. wymogu Zamawiającego: " ZRÓDŁO ŚWIATŁA LED - STRUMIEŃ ŚWIETLNY 2,510 LUMEN".

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania źródło światła, bez potwierdzenia parametru strumienia świetlnego, z uwagi na to, że wielu producentów sprzętu endoskopowego nie podaje tego parametru w specyfikacjach źródeł światła?

Odp. Tak

Pytanie 12 - Dot. wymogu Zamawiającego: "ZRÓDŁO ŚWIATŁA LED - MAKSYMALNY POBÓR MOCY ŚWIATŁA 240 va".

Czy w ramach powyższego wymogu Zamawiający dopuści do zaoferowania źródło światła, dla którego producent w materiałach informacyjnych podaje zużycie mocy wyrażone w amperach, które wynosi 1,1 A, czyli w przeliczeniu na VA jest to ok. 264 VA?

Odp. Tak

Pytanie 13 - Dot. wymogów Zamawiającego: "GŁOWICA KAMERY FULL HD - TYP PRZETWORNIKA 1/3" CMOS, OGNISKOWA 14 DO 28 MM, SZYBKOŚĆ MIGAWKI 1/60 DO 1/60 000 S".

Czy w ramach powyższych wymogów Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kamery FULL HD z jednym przetwornikiem typu 1/3" CMOS, z obiektywem o stałej ogniskowej wynoszącej 16 mm, bez informacji o szybkości migawki z uwagi na to, że szybkość migawki regulowana jest automatycznie, bez możliwości ingerencji użytkownika?

Odp. Tak

Pytanie 14 - Dot. wymogów Zamawiającego: "GŁOWICA KAMERY FULL HD - TYP PRZETWORNIKA 1/3" CMOS, OGNISKOWA 14 DO 28 MM, SZYBKOŚĆ MIGAWKI 1/60 DO 1/60 000 S".

Czy w ramach powyższych wymogów Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kamery FULL HD z trzema przetwornikami typu 1/3" CCD, z obiektywem o zmiennej ogniskowej wynoszącej 15 - 31

mm, bez informacji o szybkości migawki z uwagi na to, że szybkość migawki regulowana jest automatycznie, bez możliwości ingerencji użytkownika?

Odp. Tak

Pytanie 15 - Dot. wymogu Zamawiającego: " GŁOWICA KAMERY FULL HD - MIN 4 PRZYCISKI NA GŁOWICY AMERY".

Czy w ramach powyższego wymogu Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kamery, która wykorzystuje 3 przyciski na głowicy kamery do obsługi funkcji zamiast 4 przycisków?

Odp. Tak

Pytanie 16 - Dot. wymogu Zamawiającego: "MONITOR FULL HD LCD 26".

Czy w ramach powyższego wymogu Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor FULL HD LCD o przekątnej ekranu 27" ?

Odp. Tak

Pytanie 17 - Dot. wymogu Zamawiającego: " MONITOR FULL HD 21,5".

Czy w ramach powyższego wymogu Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor FULL HD LCD o przekątnej ekranu min. 26" ?

Odp. Tak

Pytanie 18 - Dot. wymogu Zamawiającego: "URZĄDZENIE DO WYTWARZANIA ODMY - FUNKCJA AKTYWNEGO ODDYMIANIA".

Czy w ramach powyższego wymogu Zamawiający dopuści do zaoferowania jako rozwiązane równoważne realizację funkcji aktywnego oddymiania poprzez zewnętrzne urządzenie sterujące oddymianiem pola operacyjnego działające w połączeniu ze szpitalną instalacją próżniową lub ssakiem elektrycznym?

Odp. Tak

Pytanie 19 - Dot. wymogów Zamawiającego: "URZĄDZENIE DO WYTWARZANIA ODMY - MAKSYMALNY PRZEPŁYW CO2 50L/MIN; ZINTEGROWANY SYSTEM PODGRZEWANIA GAZU DO 37 STOPNI C, WIELORAZOWY DREN CO2 Z PODGRZEWANIEM GAZ".

Czy w ramach powyższych wymogów Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do wytwarzania odmy (insuflator) o maksymalnym przepływie CO2 wynoszącym 40 l/min., bez systemu podgrzewania gazu, wykorzystujące wielorazowe dreny CO2 bez podgrzewania? Maksymalny

przepływ wynoszący 40 l/min. jest w zupełności wystarczający do każdej operacji laparoskopowej, a wykorzystanie wyższych przepływów jest i tak zazwyczaj niemożliwe do osiągnięcia z uwagi na opory na drodze przepływu gazu przez małe przekroje łączników LUER w trokarach, czy drenie.

Odp. Tak

Pytanie 20 - Dot. wymogów Zamawiającego:

"URZĄDZENIE DO WYTWARZANIA - ODMY TRYBY PRACY:

PEDIATRIA,

CHIRURGIA OGÓLNA,

BARIATRIA,

KARDIOCHIRURGIA".

Czy w ramach powyższych wymogów Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do wytwarzania odmy (insuflator) wykorzystujące dwa tryby pracy, pokrywające wszystkie wymagane przez Zamawiającego specjalności tj. PEDIATRIA, CHIRURGIA OGÓLNA, BARIATRIA, KARDIOCHIRURGIA?

Odp. Tak

Pytanie 21 - Dot. wymogu Zamawiającego: "URZĄDZENIE DO WYTWARZANIA ODMY - AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE ŹRÓDŁA ZASILANIA".

Czy w ramach powyższego wymogu Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do wytwarzania odmy (insuflator), w którym źródła zasilnia: centralne lub butla wybierane są w menu urządzenia i w przypadku stałego wykorzystywania tego samego źródła urządzenie będzie każdorazowo wykrywało je automatycznie? Nadmieniamy, że w sali operacyjnej zazwyczaj wykorzystywane jest stale ten sam rodzaj źródła zasilania w CO2 tj: centralny lub butla, zatem funkcja automatycznego wykrywania ma drugorzędne znaczenie.

Odp. Tak

Pytanie 22 - Dot. wymogu Zamawiającego: "RURKA CO2 DO BUTLI 1,5M".

Czy w ramach powyższego wymogu Zamawiający dopuści do zaoferowania rurkę CO2 do butli (tj. przewód zasilający CO2) o długości 102 cm ?

Odp. Tak

Pytanie 23 - Dot. wymogu Zamawiającego: "WIELORAZOWY DREN CO2 Z PODGRZEWANIEM GAZ".

Czy w ramach powyższego wymogu Zamawiający dopuści do zaoferowania wielorazowy dren CO2 bez podgrzewania gazu? Nadmieniamy, że w większość operacji laparoskopowych przebiega bez podgrzewania gazu.

Odp. Tak

Pytanie 24 - Dot. wymogu Zamawiającego:

WIELORAZOWY ZESTAW DRENÓW SYSTEMU ODSYSA	1
--	---

Z uwagi na brak odrębnej pozycji w opisie przedmiotu zamówienia, która dotyczyłaby wspomnianego w powyższym wymogu "SYSTEMU ODSYSA", czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w ramach powyższego wymogu jednorazowy zestaw drenu (w ilości 1 opakowanie - 10 szt.) do aktywnego oddymiania pola operacyjnego, który będzie wykorzystywany wraz z urządzeniem sterującym oddymianiem pola operacyjnego?

Odp. Tak

Pytanie 25 - Dot. wymogu Zamawiającego:

KASETA Z FILTREM SYSTEMU ODSYSANIA CO2	1
--	---

Z uwagi na brak odrębnej pozycji w opisie przedmiotu zamówienia, która dotyczyłaby wspomnianego w powyższym wymogu "SYSTEMU ODSYSANIA CO2", czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w ramach powyższego wymogu jednorazowy filtr (w ilości 1 opakowanie - 10 szt.), który jest niezbędny do użycia wraz z jednorazowym zestawem drenu do aktywnego oddymiania pola operacyjnego?

Odp. Tak

Pytanie 26 - Dot. wymogu Zamawiającego:

DREN DO ODSYSANIA Z FILTREM	1
-----------------------------	---

Z uwagi na brak precyzyjnego opisu z jakim urządzeniem ma współpracować wyżej wymieniony "DREN DO ODSYSANIA Z FILTREM", czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w ramach powyższego wymogu jednorazowy zestaw drenu (w ilości 1 opakowanie - 10 szt.) oraz jednorazowy filtr (w ilości 1 opakowanie - 10 szt.), które będą wykorzystywane wraz z urządzeniem sterującym do aktywnego oddymiania pola operacyjnego?

Odp. Tak

Pytanie 27 - Dot. wymogu Zamawiającego:

ZESTAW DRENÓW PŁUCZĄCYCH Z LUER LOCK	1
--------------------------------------	---

Z uwagi na brak precyzyjnego opisu z jakim urządzeniem płuczącym ma współpracować wyżej wymieniony zestaw drenu płuczącego, czy Zmawiający dopuści do zaoferowania w ramach powyższego wymogu jednorazowy zestaw do płukania i odsysania pola operacyjnego złożony z uchwytu, sondy (rurki) i drenów z igłami do wkłucia do worka (w ilości 10 zestawów)? Zestaw ten umożliwia grawitacyjne przepłukiwanie pola operacyjnego i podłączenie do systemu próżniowego lub ssaka.

Odp. Tak

Pytanie 28 - Dot. wymogu Zamawiającego:

ZESTAW TRANSPONDER DO LAPAROSKOPII	1
------------------------------------	---

Z uwagi na brak powiązania powyższego zestawu transpondera do laparoskopii z innymi wymaganymi urządzeniami zestawu prosimy o wykreślenie powyższej pozycji z tabeli z wymaganymi parametrami.

Odp. Tak

Pytanie 29 - Dot. wymogów Zamawiającego: "WÓZEK ENDOSKOPOWY - WYMIARY 700 MM X 1500 MM X 650 MM, MAX. OBCIĄŻENIE WÓZKA 210 KG".

Czy w ramach powyższych wymogów Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny wózek endoskopowy o wymiarach 830 mm x 1474 mm x 730 mm i maksymalnym obciążeniu ok. 180 kg, pozostałe wymogi bez zmian?

Odp. Tak

Pytanie 30 - Dot. wymogów Zamawiającego: "WÓZEK ENDOSKOPOWY - WYMIARY 700 MM X 1500 MM X 650 MM, MAX. OBCIĄŻENIE WÓZKA 210 KG".

Czy w ramach powyższych wymogów Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny wózek endoskopowy o wymiarach półek 700 x 600 mm, z szufladą 700 x 600 x 155 mm, z wysięgnikiem do monitora, uchwytem do butli CO₂, listwami sieciowymi, uchwytem do płynów infuzyjnych oraz uchwytem głowicy kamery?

Odp. Tak

Pytanie 31 - Dot. wymogów Zamawiającego:

FULL HD ŚWIATŁOWÓD.ŚR.4,8MM DŁUGI 2,5M	1
--	---

OPTYKA SZEROKOKATNA ŚR.10MM 30 ST.330MM	1
KOSZ DO JEDNEJ OPTYKI Z DODATKOWYM WSPACIEM DO 340MM	1

Czy w ramach powyższych wymogów Zamawiający dopuści do zaoferowania produkty równoważne tj. światłowód o śr. 4,8 mm i długości 2,5 m kompatybilny kamerą FULL HD; optykę laparoskopową Hopkins o śr. 10 mm, kącie 30 st i długości 310 mm; dedykowany kosz do optyki?

Odp. Tak

Pytanie 32 - Dot. wymogów Zamawiającego:

NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE, KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ŚR 5 MM , DŁ 310 MM	2
--	---

Czy w ramach powyższych wymogów Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne nożyczki tj. nożyczki monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3-częściowe, wielorazowego użytku, ząbkowane, końce zakrzywione (odgięte lewo lub prawo w zależności od ustawienia ostrzy), bez wkładki węglowej, śr. 5 mm, długość 360 mm?

Odp. Tak

Pytanie 33 - Dot. wymogów Zamawiającego:

KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM	2
---	---

Czy w ramach powyższych wymogów Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne kleszczyki tj. kleszczyki preparacyjne typu Kelly, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, długość 360 mm?

Odp. Tak

Pytanie 34 - Dot. wymogów Zamawiającego:

KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, ATRAUMATYCZNE, SZCZĘKI OKIENKOWE, ZĄBKOWANE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM	3
--	---

Czy w ramach powyższych wymogów Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne kleszczyki tj. kleszczyki chwytające typu grasper, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, długość 360 mm?

Odp. Tak

Pytanie 35 - Dot. wymogów Zamawiającego:

KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, Z DUŻYMI ZĘBAMI, Z OTWOREM W SZCZĘKACH, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM	2
---	---

Czy w ramach powyższych wymogów Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne kleszczyki tj. kleszczyki chwytające typu grasper, z dużymi zębami, z otworem w szczękach, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, długość 360 mm?

Odp. Tak

Pytanie 36 - Dot. wymogów Zamawiającego:

KLESZCZYKI JELITOWE TYP DORSEY, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, SZCZĘKI DŁUGIE, OKIENKOWE, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR: 5 MM, DŁ: 310 MM	1
--	---

Czy w ramach powyższych wymogów Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne kleszczyki tj. kleszczyki jelitowe, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3-częściowe, wielorazowego użytku, szczęki długie, okienkowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, długość 360 mm?

Odp. Tak

Pytanie 37 - Dot. wymogów Zamawiającego:

KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE 2X3 ZĘBY, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJĘŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 10 MM, DŁ 310 MM	2
---	---

Czy w ramach powyższych wymogów Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne kleszczyki tj. kleszczyki chwytające 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, obrotowe, rozbieralne 3-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną metalową rękojeścią z blokadą, śr. 10 mm, długość 360 mm?

Odp. Tak

Pytanie 38 - Dot. wymogów Zamawiającego:

UCHWYT DO ELEKTRODY MONOPOLARNEJ	2
ELEKTRODA MONOPOLARNA TNĄCA	1

Czy w ramach powyższych wymogów Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną elektrodę monopolarną haczykową (tnącą) wraz ze zintegrowanym na stałe uchwytem?

Odp. Tak

Pytanie 39 - Dot. wymogów Zamawiającego:

KANIUŁA INSUFLACYJNA VERESS 120MM	2
-----------------------------------	---

Czy w ramach powyższego wymogu Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną kaniulę insuflacyjną Veress o długości 130 mm?

Odp. Tak

Pytanie 40 - Dot. wymogów Zamawiającego:

TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ GŁADKI, BEZ ZAWORU INSUFLACJI, WYPOSAŻONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.5,5MM, DŁUGOŚĆ 110MM, BEZ OBTURATORA	2
--	---

OBTURATOR TRÓJKĄTNY DO TROKARA .ŚR.5,5MM 110MM	2
--	---

Czy w ramach powyższych wymogów Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny trokar do endoskopii tj. trokar do endoskopii, płaszcz gładki, z zaworem do insuflacji, wyposażony w wewnętrzny zawór klapkowy z silikonową uszczelką, śr. 6 mm, długość 105 mm - 2 szt. wraz z kompatybilnym obturatorem trójkątnym do trokara o śr. 6 mm i długości 105 mm - 2 szt.?

Odp. Tak

Pytanie 41 - Dot. wymogów Zamawiającego:

OBTURATOR TRÓJKĄTNY DO TROKARA .SR10,0MM 110MM	2
TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ GŁADKI, Z ZAWOREM INSUFLACJI, WYPOSAŻONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.10MM, DŁUGOŚĆ 110MM, BEZ OBTURATORA	2

Czy w ramach powyższych wymogów Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny trokar do endoskopii tj. trokar do endoskopii, płaszcz gładki, z zaworem do insuflacji, wyposażony w wewnętrzny zawór klapkowy z silikonową uszczelką, śr. 11 mm, długość 105 mm - 2 szt. wraz z kompatybilnym obturatorem trójkątnym do trokara o śr. 11 mm i długości 105 mm - 2 szt.?

Odp. Tak

Pytanie 42 - Dot. wymogów Zamawiającego:

WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X187MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA.	1
---	---

Czy w ramach powyższego wymogu Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną wannę kontenera systemu do sterylizacji MicroStop o wymiarach 600 x 300 x 210 mm, wykonaną z aluminium z ergonomicznymi, rozkładanymi uchwytami bocznymi bez blokady, wyposażoną w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera?

Odp. Tak

Pytanie 43 - Dot. wymogów Zamawiającego:

STOJAK DO KONTENERA WYPOSAŻONY W KOSZ Z JEDNEGO ARKUSZA STALI I UCHWYTY DO ZAMOCOWANIA 18 INSTRUMENTÓW LAPAROSKOPOWYCH,	1
---	---

Czy w ramach powyższego wymogu Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny stojak do kontenera wyposażony w tacę drucianą i uchwyty do zamocowania 14 instrumentów laparoskopowych?

Odp. Tak

Pytanie 44 - Dot. wymogów Zamawiającego:

PRIMELINE PRO 1/1 POKRYWA CZERWONA	1
------------------------------------	---

Czy w ramach powyższych wymogów Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną pokrywę w kolorze szarym, kompatybilną z wanną kontenera systemu MicroStop?

Odp. Tak

Pytanie 45 - Dot. wymogów Zamawiającego:

STOJAK DO TROKARU 167X53MM	2
----------------------------	---

Czy w ramach powyższego wymogu Zamawiający dopuści do zaoferowania jako równoważny, kosz o wymiarach 240 x 250 x 50 mm do umieszczenia trokarów w wannie kontenera?

Odp. Tak

Pytanie 46. Czy z uwagi na fakt, iż oferowany przez nas wózek aparaturowy jest wyrobem modułowym, dowolnie konfigurowalnym przez użytkownika, składającym się:

- z modułu głównego wózka, który jest wyrobem medycznym oznakowanym CE w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) i posiada stawkę VAT 8% oraz

- z modułów wyposażenia wózka takich jak półki, szuflada, uchwyt na butlę CO₂, uchwyt kamery, uchwyt stojaka, szyna sprzętowa, nieoznakowanych znakiem CE, gdyż nie podlegają one pod ustawę o wyrobach medycznych i nie są objęte deklaracją zgodności, i posiadają stawkę VAT 23%,

Zamawiający odstąpi o wymogu dostarczenia deklaracji zgodności oraz zgłoszenia lub powiadomienia o wprowadzeniu oferowanego sprzętu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla wyrobów tzw. niemedycznych, nie podlegających ustawie z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) ?

Odp. Tak

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania dotyczące Pakietu Nr 3

1. Prosimy o udostępnienie rzutów oraz informacji na temat pomieszczeń przeznaczonych do instalacji pętli dystrybucyjnej i paneli dializacyjnych.

Odp. Zamawiający umieszcza rzut na stornie , szczegółowe informacje po dokonaniu wizji lokalnej

2. Czy Zamawiający oczekuje uwzględnienia w cenie oferty materiałów eksploatacyjnych wymienianych okresowo w okresie gwarancji takich jak złoża filtracyjne?

Odp. Zamawiający oczekuje w okresie gwarancji bezpłatną wymianę złoż filtracyjnych .

3. Czy dla pętli dystrybucyjnej Zamawiający wymaga zastosowania przyłączy aparatów dializacyjnych w formie wtórnych pętli?

Odp. Tak

4. Czy Zamawiający dopuszcza panele dializacyjne z gniazdami sieciowymi w ilości 3 sztuk na 1 stanowisko dializacyjne?

Odp. Tak

Pak Nr 5- Artroskop 2D z torem wizyjnym shaverem

Pytanie nr 1. Monitor medyczny 32"

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora medycznego 32" o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne w zaproponowanym zestawie?

1	Rozdzielczość obrazu min.4096 x 2160
2	Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panelu wyświetlacza LCD: IPS-Pro TFT AM LCD
3	Przekątna ekranu min. 32", ekran panoramiczny
4	Rozmiar plamki: 0.1704 x 0.1704 mm
5	Jasność: 525 cd/m ² standard

6	Kontrast: 1500:1 standard
7	Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) 10 specjalności
8	Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - minimum 4 efekty.
9	Dwustronna powłoka antyrefleksyjna
10	Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H
11	Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora
12	Sterowanie monitorem poprzez pokrętkę i 4 przyciski na panelu przednim
13	Wejścia.:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0
14	Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz
15	Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10-bit)
16	Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski
17	Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video
18	Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame)
19	Zużycie energii: 85W
20	Wymiary: 756.7 x 453.07 x 77.2mm (szerokość x wysokość x głębokość)
21	Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm
22	Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A - 1.5A
23	Waga netto monitora: 10,5 kg

Odp. Tak

Pytanie nr 2. Kamera endoskopowa do artroskopii Full HD

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kamery, nowszej generacyjnie o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?

1	Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczości – 1 szt.
2	Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS
3	Wodoszczelna głowica kamery wyposażona w 4 programowalne przyciski
4	Klasa wodoszczelności głowicy kamery IPX7

5	Możliwość przypisania 2 funkcji każdemu przyciskowi (długie przyciśnięcie, krótkie przyciśnięcie), obsługa łącznie do 10 funkcji
6	Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli)
7	Migawka automatyczna: 1/60 (1/50)–1/50 000 sekundy
8	Rozdzielczość kamery 1920x1080, progresywny skan obrazu.
9	Praca konsoli kamery w trzech trybach wysokiej rozdzielczości – 1920x1080p, 1280x1024p, 1280x720p umożliwiające podłączenie odbiorników sygnału pracujących w innych rozdzielczościach niż kamera.
10	System skanujący : w poziomie 64kHz(60kHz), w pionie: 60,02kHz(50kHz)
11	Możliwość płynnej regulacji nasycenia i temperatury barwowej koloru czerwonego i niebieskiego (funkcje R-Gain, R-Hue, B-Gain, B-Hue)
12	Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa
13	wbudowane programy specjalistyczne: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, wziernik giętki, wziernikowanie macicy, laparoscopia, laser, mikroskop, standard
14	Konsola kamery wyposażona w min. 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1920x1080p) oraz jedno analogowe
15	Wyjścia cyfrowe DVI – 2szt.
16	Wyjście analogowe S-Video
17	Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia.
18	Zoom cyfrowy 1,8x
19	Przyciski sterujące na głowicy kamery – 4,
20	Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery
21	Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej
22	Współpraca urządzenia z głowicami wysokiej rozdzielczości typu Inline do operacji jednoportowych.
23	Waga obiektywu - 0,226 kg,
24	Waga głowica kamery - 0,680 kg
25	Waga konsoli kamery - 6,0 kg
26	Przewód głowicy kamery - długość min 3m
27	Wymiary konsoli kamery: 31,8cmszer.x10,2 cm wys. X 38,7 cm głęb.

Odp. Tak

Pytanie nr 3. Głowica kamery endoskopowej Full HD

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania cyfrowego rejestratora medycznego o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?

	Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi
1	uchylny dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę
2	wyświetlanie obrazu w obrazie (funkcja PIP), obrazu przy obrazie (PbP)
3	Możliwość wyświetlenia i ukrycia obrazu w trybie PIP za pomocą jednego przycisku
4	Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym
5	personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji
6	możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgrany zdjęciom / ikonom na ekranie głównym
7	współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji z poziomu SDC 3
8	lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika
9	zapis dźwięku i komentarzy głosowych
10	Możliwość sterowania głosowego rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi podłączonymi do systemu
11	Możliwość sterowania rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi poprzez pilota
12	Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych
13	Obraz: rozdzielczość: NTSC: 640 × 480 PAL: 768 × 576 ,XGA: 1024 × 768, SXGA: 1280 × 1024, High Definition 720: 1280 × 720, High Definition 1080: 1920 × 1080; Format: Bitmapa (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG)
14	Dźwięk: Wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego1 wyjście głośników
15	Wejścia wideo: 2xS-Video, 1x sygnał kompozytowy: (NTSC) 720x480, (PAL) 720x576; 2xDVI, 2x RGBHV(przez złącza DVI-I), SXGA1280x1024, (XGA)1024x768, (720p)1280x720, (1080p)1920x1080
16	Wyjścia wideo: 1xS-Video, 1x sygnału kompozytowego, 2xDVI i 2x RGBHV(poprzez złącza DVI-I)
17	Dwa niezależne kanały wideo: możliwość jednoczesnej rejestracji sygnałów z dwóch źródeł

18	Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), plyta (CD lub DVD) , pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe
19	Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć
20	Możliwość ustawienia trzech trybów prędkości transmisji strumienia w streamingu
21	Możliwość nagrywania w formatach : MPEG 2 i MPEG 4 (wysoka rozdzielczość)
22	Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie
23	Moduł obsługi DICOM
24	Pilot zdalnego sterowania urządzeniami
25	Możliwość głosowego sterowania urządzeniami
26	Wbudowany twardy dysk o pojemności 1Tb (zapis automatyczny)
27	Możliwość zapisania 500 przypadków
28	Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s,
29	Obsługa Wifi
30	Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM
31	Możliwość wysyłania plików wideo oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego
32	Masa całkowita: 10,2kg

Odp. Tak

Pytanie nr 4. Głowica kamery endoskopowej Full HD

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania oddzielnie procesora kamery i cyfrowego rejestratora medycznego, jako rozwiązanie równoważne? Takie rozwiązanie pozwoli pracować każdej konsoli zarówno razem jak i niezależnie. Cyfrowy rejestrator medyczny posiada więcej funkcji, między innymi lista bezpieczeństwa chirurgicznego oraz profile użytkowników wraz z przypisaniem ustawień urządzeń. Dodatkowo wbudowany dysk twardy z pojemnością 1 TB z automatycznym zapisem i archiwum.

Odp. Tak

Pytanie nr 5. Głowica kamery endoskopowej Full HD

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania głowicy kamery z 4 przyciskami dającymi możliwość przypisania 8 funkcji sterowania, Zoomem cyfrowym 1,8x, jako rozwiązanie równoważne?

Odp. Tak

Pytanie nr 6. Źródło światła LED

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednego źródła światła LED o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?

	Źródło światła LED
1	Moc żarówki LED 240W
2	Żywotność min. 60000 godzin pracy
3	Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD
4	Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów.
5	Tryb gotowości standby
6	Menu urządzenia w języku polskim
7	Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta
8	Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów
9	Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery
10	Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery.
11	Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej
12	Światłowód autoklawowalny, średnica 5mm, długość min. 3m - 2szt.
13	Zakres światłowodów od 2 mm do 6,5mm
14	Wymiary: 31,8 cm szer, x12,1 cm wys. X 42,7 cm głęb. +/- 0,2 cm
15	Waga 7,3 kg +/- 0,2 kg

16	źródło światła kompatybilne z posiadanymi przez szpital światłowodami
----	---

Odp. Tak musi posiadać minimum 3 światłowody

Pytanie nr 7. Shaver do zabiegów artroskopowych (konsola)

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednej konsoli do shavera i waporyzacji o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?

	Konsola shavera i wpaoryzacji
1	Częstotliwość pracy generatora RF: 200kHz
2	Moc cięcia (CUT): zakres pracy 30W - 380W, min. 11 poziomów mocy
3	Funkcja modulacji siły cięcia
4	Maksymalna moc wyjściowa koagulacji (COAG) - 120W, 3 poziomy mocy
5	
6	Średnica elektrod: 2.5/3.5/4.0mm
7	Obsługiwane przez konsolę elektrody z ręcznym sterowaniem
8	Elektrody jednoczęściowe
9	Elektrody z wbudowanym przewodem sterującym (długość min.3m), automatycznie rozpoznawane przez konsolę
10	
11	Dostępne elektrody do małych stawów oraz do artroskopii biodra (długość 180mm)
12	Możliwość wyginania elektrod w zakresie 0-45° ($\pm 7^\circ$)
13	System rozpoznawania metalu w pobliżu elektrody – minimalizacja uszkodzeń optyk artroskopowych przez działającą elektrodę
14	Możliwość podłączenia shavera artroskopowego
15	Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsolę - dobór optymalnych nastaw
16	Jednorazowe ostrza shavera o średnicach kodowanych kolorem uchwytu ostrza w zakresie 2.0 - 5.5mm - automatycznie rozpoznawane przez konsolę (technologia RFID)
17	Możliwość pracy z przełącznikiem nożnym przewodowym i bezprzewodowym
18	Komunikaty o błędach i usterkach wyświetlane na panelu przednim urządzenia
19	Programowanie profili użytkowników – indywidualne ustawienia parametrów pracy elektrod,

	shavera i sterownika nożnego
20	Urządzenie wyposażone w gniazdo USB umożliwiające aktualizację programów użytkownika
21	Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej

Odp. Tak

Pytanie nr 8. Uchwyt napędowy shavera

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania uchwytu shavera o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?

1	Uchwyt shavera 3 szt
2	Uchwyt shavera automatycznie rozpoznawany przez konsolę.
3	Zakres obrotów do 12000 obr/min
4	Oscylacje do 3000 ocykli/min
5	Programowalne przyciski sterujące na uchwycie
6	Mocowanie ostrzy w systemie zatrzaskowym
7	Zakres regulacji siły ssania 0-100%
8	Obrotowy króciec kanału ssania
9	Napęd bezobsługowy – nie wymaga smarowania
10	Wyposażony w silnik bezszczotkowy
11	Urządzenie wodoodporne, zabezpieczenie wtyku elektrycznego dedykowanym zamknięciem
12	Możliwość sterylizacji w autoklawie

Odp. Tak

Pytanie nr 9. Uchwyt napędowy shavera

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ostrzy jednorazowych do shavera, jako rozwiązanie równoważne?

Możliwość wyboru z katalogu ostrzy do tkanek miękkich i kostnych.

Odp. Tak ale wykonawca dostarczy w cenie urządzenia nieodpłatnie minimum 200 ostrzy.

Pytanie nr 10. Zestaw z optyką artroskopową

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania optyki o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?

Optyka artroskopowa z płaszczem i troakarem wraz ze światłowodem 3 szt
Kaniula artroskopowa, średnica 5,8mm, długości 165 mm, wyposażona w 2 zawory obrotowe, obturator ołówkowy do kaniuli
Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm, średnica 4mm, kąt 30 stopni, spajana laserowo, szkło szafirowe na czole optyki, długość robocza 165mm + pojemnik do sterylizacji z tworzywa sztucznego
Światłowód w przezroczystej osłonie. Wymiary światłowodu: 5mm x 3m

Odp. Tak

Pytanie nr 11. Elektrody do waporyzatora do artroskopii

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elektrod do waporyzacji o długości 135 mm, jako rozwiązanie równoważne?

Odp. Tak

Pytanie nr 12. Zestaw narzędzi artroskopowych

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania narzędzi artroskopowych, jednoczęściowych (rozm. 2.7/3.4mm) z różnymi wzorami części roboczej do wyboru z katalogu, jako rozwiązanie równoważne?

Odp. Tak w rozmiarze 3,4m

Pytanie nr 13. Zestaw narzędzi artroskopowych

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu Artroskop 2D z torem wizyjnym shaverem, zestaw narzędzi artroskopowych do oddzielnego pakietu?

Odp. Nie

Pytanie nr 14. Wózek endoskopowy pod zestaw

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wózka endoskopowego pod zestaw o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?

1.	Wózek aparaturowy z atestem medycznym
2.	Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół
3.	Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm
4.	Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami
5.	W komplecie/ zestawie:
	- uchwyt do światłowodu
	- uchwyt na głowicę kamery
	- możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka
	- uchwyt dla pompy artroskopowej
	- wieszak na worki z płynem do irygacji
	- możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka
	- możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy
6.	Ramię wózka umieszczone centralnie o dł. min, 300 mm
7.	Możliwość ustawiania monitora w min. 3 płaszczyznach
8.	Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka

Odp. Tak

Dotyczy Załącznika nr 2 - Pak Nr 1.poz. 3 - FOTEL DIALIZACYJNY – 26 SZTUK

1. Czy Zamawiający w pkt 5 SiWZ dopuści fotel z regulacją wysokości „góra-dół” bez możliwości zmiany kąta ustawienia siedziska ?

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający w pkt 8 dopuści fotel przejezdny wyposażony w 4 koła o wymiarach 12cm z możliwością indywidualnej blokady kół? Uzasadnienie: różnica 1cm na średnicy koła nie ma wpływu na wartość techniczno -użytkową sprzętu.

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający w pkt 7 SiWZ dopuści ustawienia pozycji fotelewej - siedzącej uzyskiwane kilkoma przyciskami za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym.

Odp. Tak

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 aparatów do hemodializy z fotelami dializacyjnymi o parametrach jak niżej:

Pakiet 1 poz. 1

Ad. 9 Możliwość automatycznego zaprogramowania podaży heparyny z podanie bolusa poprzez wybór odpowiedniej ikona na ekranie aparatu w dowolnym momencie zabiegu,

Odp. Tak

Ad. 12 Regulacja przepływu krwi w zakresie minimum: 0, 50 do 600 ml/min,

Odp. Tak, ponadto wymagane jest automatyczne wyrównywanie poziomu krwi w jezioru żylnym.

Ad. 13 Regulowany przepływ płynu dializacyjnego: 300 do 800 ml/min,

Odp. Tak

Ad. 21 Automatyczna pompa heparyny z możliwością podania bolusa poprzez wybór odpowiedniej ikony na ekranie aparatu w dowolnym momencie zabiegu,

Odp. Tak

Ad. 31 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aparatów, które mają możliwość podłączenia do sieci LAN przy dalszej rozbudowie aparatu w przyszłości czy też wymaga połączenia do sieci w momencie instalacji? Czy dopuści aparaty nie posiadające możliwości podłączenia do sieci LAN?

Odp. Tak

Ad. 32 Możliwość zaprogramowania nieprzerwanego prowadzenia zabiegu w każdym typie filtracji przez minimum 10 godzin,

Odp. Tak

ad. 34 Aparat nie posiadający możliwości współpracy z monitorem masy ciała poprzez kartę mikrochipową. Takie rozwiązanie posiada wyłącznie jeden producent aparatów do hemodializy.

Ad. 34 Aparat nie posiadający czytnika kart chipowych.

Odp. Aparat powinien mieć czytnik kart chipowych, służący do programowania hemodializ, nie musi on służyć do komunikowania się z monitorem masy ciała.

36 Aparat wyposażony w oprogramowanie obliczające dawkę dializy w czasie zabiegu - z prognozą dawki na koniec zabiegu

Odp. Nie. Potrzebujemy aparatu obliczającego realną dawkę dializy.

Ad. 42 Indywidualna blokada kół, minimum dwa.

Odp. Tak

Pakiet 1 poz. 2

Ad. 9 Możliwość automatycznego zaprogramowania podaży heparyny z podanie bolusa poprzez wybór odpowiedniej ikona na ekranie aparatu w dowolnym momencie zabiegu,

Odp. Tak

Ad. 10 Ustawienia i komunikacja z aparatem w języku polskim poprzez czytelny, kolorowy, nieobrotowy, duży monitor dotykowy minimum 13 cali, maksimum 22 cali

Odp. Nie

Ad. 12 Regulacja przepływu krwi w zakresie minimum: 0, 50 do 600 ml/min,

Odp. Tak, ponadto wymagane jest automatyczne wyrównywanie poziomu krwi w jeziorku żylnym.

Ad. 13 Regulowany przepływ płynu dializacyjnego: 300 do 800 ml/min,

Odp. Tak

Ad. 21 Automatyczna pomp//a heparyny z możliwością podania bolusa poprzez wybór odpowiedniej ikona na ekranie aparatu w dowolnym momencie zabiegu,

Odp. Tak

Ad. 29 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aparatów, które mają możliwość podłączenia do sieci LAN przy dalszej rozbudowie aparatu w przyszłości czy też wymaga połączenia do sieci w momencie instalacji? Czy dopuści aparaty nie posiadające możliwości podłączenia do sieci LAN?

Odp. Tak

Ad. 30 Aparat nie posiadający możliwości współpracy z monitorem masy ciała poprzez kartę mikrochipową. Takie rozwiązanie posiada wyłącznie jeden producent aparatów do hemodializy.

Ad. 30 Aparat nie posiadający czytnika kart chipowych.

Odp. Aparat powinien mieć czytnik kart mikrochipowych służących do programowania hemodializ. Port nie musi służyć do komunikowania się z monitorem masy ciała.

Ad.32 Aparat wyposażony w oprogramowanie obliczające dawkę dializy w czasie zabiegu - z prognozą dawki na koniec zabiegu,

Odp. Nie. Potrzebujemy aparatu obliczającego realną dawkę dializy

Ad. 38 Indywidualna blokada kół, minimum dwa.

Odp. Tak

Dot. załącznik nr 2 strona 8 - Prosimy o dopuszczenie aparatów do hemodializy nie posiadających możliwości podłączenia do systemu HIS protokołem HL7?

Odp. Tak

Pozostałe wymogi specyfikacji bez zmian.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że w załączniku nr 2 strona 9, pkt. 1 Zamawiający opisał: „...Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski...”, w SIWZ zaś, rozdział VIII pkt. 2 ppkt. b Zamawiający wskazuje, że dokumenty te mają zostać przesłane na wezwanie. Prosimy o doprecyzowanie w jakim momencie postępowania Zamawiający oczekuje materiałów opisujących oferowany asortyment takich jak ulotki, foldery, broszury?

Odp. Zamawiający wezwie Wykonawcę którego ofert nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium ceny i okres udzielonej gwarancji.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 2 aparatów do ciągłej terapii nerkozastępczej z modulem regionalnej antykoagulacji cytrynianowej (Ci Ca) o parametrach jak niżej:

Ad. 8 Aparat z możliwością wykonywania zabiegu hemoperfuzji (HP), poprzez aktualizacje oprogramowania aparatu w ciągu 3 miesięcy od zakupu,

Odp. Nie

Ad. 18 Dokładność ważenia $\pm 1\%$,

Odp. Tak

Ad. 19 Aparat z klasą ochronności oraz zaświadczeniem o defibrylacji typu BF (IEC 60601-1),

Odp. Nie

Ad. 20 Moduł cytrynian - wapń: pompa antykoagulantu cytrynianowego oraz pompa roztworu wapnia. Roztwory podawane do pozaustrojowego układu drenów krwi,

Odp. Tak

Ad. 22 Ciągła hemodializa z regionalną antykoagulacją cytrynianową (CVVHD) z rozbudową o CVVHDF CiCa w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu,

Odp. Nie

Ad. 23 Możliwość jednoczesowego podłączenia 4 worków po 5 litrów z płynem dializacyjnym i substytucyjnym.

Prosimy o dopuszczenie aparatów nie posiadających możliwości podłączenia do systemu HIS protokołem HL7?

Odp. Tak

Pytania: INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ I STACJA UZDATNIANA WODY

Dotyczą: Pak Nr 3 - Stacja uzdatniania wody z instalacją dystrybucyjną

Pytanie 1 Czy Zamawiający zgodnie z opisem pkt 11 dopuści nowoczesną odwróconą osmozę, w której elementy hydrauliczne wykonane są ze stali nierdzewnej oraz ze specjalnego materiału PVDF, materiał ten używany jest do produkcji między innymi membran do mikrofiltracji i ultrafiltracji?

Odp. Tak

Pytanie 2 Czy Zamawiający zgodnie z opisem pkt 16 dopuści inne rozwiązanie techniczne w postaci wysokociśnieniowego płukania membran, które realizują wymóg zamawiającego w postaci ochrony przed ich blokowaniem i przedłużenia żywotności w stopniu równoważnym do wymagań Zamawiającego?

Odp. Tak

Pytanie 3 Czy Zamawiający zgodnie z opisem pkt 18 dopuści inne rozwiązanie techniczne w postaci przepłukiwania membran wysokociśnieniowym przepływem oraz dodatkowymi programami dekalcyfikacji i programowalnego płukania, które realizują wymóg zamawiającego w postaci usuwania osadów i biofilmu w stopniu równoważnym do wymagań Zamawiającego?

Odp. Tak

Pytanie 4 Prosimy o wyjaśnienia odnośnie wymogów dodatkowych. Czy obecną stację uzdatniania wody należy zdemontować i przenieść do wyznaczonego pomieszczenia w obrębie jednego budynku bez uruchomienia czy też wymogiem jest przeniesienie obecnej stacji uzdatniania wody tak aby pracowała w miejscu czasowego prowadzenia dializ?

Odp. Stara stacja ma być zdemontowana i przeniesiona do innego pomieszczenia bez uruchomienia.

Pytanie 5 Prosimy o wyjaśnienia odnośnie pomieszczenia jakie Zamawiający planuje przekazać do instalacji docelowego systemu: standard wykończenia, rozkład istniejących instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej i wodnej?

Odp. To pomieszczenie gdzie zamontowana jest aktualnie stara stacja.

Pytanie 6 Czy Zamawiający zgodnie z opisem pkt 23 dopuści nowoczesne panele dializacyjne, które spełniają aktualne normy higieniczne i posiadają inne rozwiązania, specjalnie zaprojektowany ściek, który chroni przez rozpryskiem ścieków oraz wycisza odpływ płynów z aparatów do dializ. Dodatkowo można za pomocą specjalnej rewizji w bardzo łatwy sposób sprawdzić np. pozostałości dezynfektanta?

Przykładowe zdjęcie takiego panela załączono do pytania.



Przykładowe zdjęcie panela podwójnego bez modułu elektrycznego.

Odp. Tak

- 1) W treści SIWZ Zamawiający oczekuje w ramach pakietu nr 8 zaoferowanie Holtera EKG – 2 szt. oraz Holtera ciśnieniowego – 1 szt. Natomiast w zał. nr 2 do SIWZ Zamawiający określa zapotrzebowanie jako Holter EKG – 5 szt., Holter ciśnieniowy – 5 szt. oraz oprogramowanie – 6 szt.
 - a) Prosimy o sprostowanie z informacją jakich ilości jakiego asortymentu Zamawiający oczekuje w ramach pakietu nr 8.

Odp. Holter EKG 5 sztuk, Holter ciśnieniowy 5 sztuk oraz oprogramowanie 6 sztuk

- b) Prosimy o weryfikację ilościową i funkcjonalną dotyczącą oprogramowania do analizy holterowskiej. Zamawiający opisuje możliwość zainstalowania oprogramowania na 6 stanowiskach. Czy stanowiska te będą połączone wewnętrzną siecią komputerową (LAN) czy też będą to odseparowane sieciowo stanowiska?

Odp. To będą odseparowane stanowiska.

- c) Jakie parametry sprzętowe będą spełnione przez stanowiska komputerowe? W przypadku oferowanych przez nas rozwiązań oczekiwane są następujące parametry: system operacyjny

min. Windows 7, procesor min. 2-rdzeniowy, pamięć RAM min. 4 GB, dysk twardy min. 500 GB, min. 2 wolne porty USB, matryca o rozdzielczości min. 1600x900 (pożądane 1920x1080).

Odp. Spełnią

- d) Czy Zamawiający zakłada możliwość niezależnej, jednoczesowej pracy opisowej (edycyjnej) z badaniami EKG na wszystkich stanowiskach z zainstalowanym oprogramowaniem, czy też jednocześnie tylko jedno z tych stanowisk będzie funkcjonowało jako stanowisko opisowe (edycyjne)? W oferowanych przez nas rozwiązaniach licencja główna, umożliwiająca edycję i opisywanie wykonanych badań EKG może pracować jako licencja pływająca w sieci komputerowej i w ten sposób będzie dostępna dla dowolnego stanowiska w sieci, ale może z niej skorzystać w tym samym czasie tylko 1 operator. Pozostałe podstawowe funkcje oprogramowania, takie jak programowanie nowych badań, wczytywanie badań do bazy, opracowywanie badań ciśnieniowych, może odbywać się bez udziału licencji głównej. Natomiast jeśli edycję badań EKG w tym samym czasie mają być wykonywane przez więcej niż 1 operatora, wtedy potrzebne będą dodatkowe licencje główne, co w sposób bezpośredni przełoży się na cenę systemu holterowskiego. Osobnym zagadnieniem pozostaje gromadzenie danych w przypadku kilku stanowisk pracy – jeśli oczekiwane jest użycie jednej wspólnej bazy danych, wtedy połączenie stanowisk komputerowych siecią LAN o przepustowości min. 1 Gbps jest warunkiem koniecznym.

Odp. To będą niezależne stanowiska. Jest duża możliwość jednoczesnej pracy.

- 2) W par. 5 projektu umowy ust. 5 Zamawiający określa zasady zgłoszeń i reakcji gwarancyjnych. Prosimy o zmianę zapisu mówiącego o tym, że w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia Wykonawca poinformuje o terminie likwidacji wady/usterki, na zapis mówiący o tym, że Wykonawca poinformuje o terminie likwidacji wady/usterki następnego dnia roboczego po dokonaniu zgłoszenia. Prosimy także o wydłużenie terminu wykonania naprawy z 3 do 5 dni roboczych. Zmiany te wprowadzą większą równowagę w prawach i obowiązkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Odp. Zgodnie z dokumentacją przetargową

- 3) Prosimy o wskazanie dokładnego adresu strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortal UZP. Postępowanie oznaczone numerem 15/2019 nie jest widoczne na miniPortal UZP. Postępowanie widniejące w TED pod numerem 2019/S 180-438074 nie jest poprawnie rozpoznawane przez portal eZamówienia Ministerstwa Cyfryzacji. Nie jest też rozpoznawany numer 2019/S 059-136041, którego wznowieniem jest aktualnie prowadzone postępowanie. Aktualnie nie jest możliwe uzyskanie klucza publicznego do zaszyfrowania oferty, jak również skorzystanie z formularzy do komunikacji czy złożenia oferty.

Odp. Podaje numer identyfikatora postępowania - 66b02c5e-543b-43be-ae74-536b800f83ae

4) Prosimy o udostępnienie formularzy wchodzących w skład oferty przetargowej w formie edytowalnej.

Odp. Tak

5) Prosimy o udostępnienie szablonu formularza JEDZ w formie pliku XML w celu jego zaimportowania przy korzystaniu z usługi eESPD.

Pytanie nr.1 do zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści skrócenie okresu minimalnej gwarancji opisanej w SIWZ na oferowany sprzęt do okresu 3 lat oraz przyjmie następującą punktację i kryterium dotyczącą okresu gwarancji ?:

Punktacja i kryterium przyznania według niżej podanych wymagań:

- 3 lat nieodpłatnej gwarancji z przeglądami 0 punktów
- 4 lat nieodpłatnej gwarancji z przeglądami 10 punktów
- 5 lat nieodpłatnej gwarancji z przeglądami 20 punktów
- 6 lat nieodpłatnej gwarancji z przeglądami 30 punktów
- 7 lat nieodpłatnej gwarancji z przeglądami 40 punktów

Odp. Nie

PYTANIE dotyczy Pakiet nr 1 Poz.1

Parametry ogólne aparatu. Aparat do hemodializy/hemodiafiltracji – 6 SZTUK . Lp5

Czy Zamawiający dopuści możliwość realizacji dializy jednoigłowej metodą Click-clack?

Odp. Tak

PYTANIE dotyczy Pakiet nr 1 Poz.1

Parametry ogólne aparatu. Aparat do hemodializy/hemodiafiltracji – 6 SZTUK . Lp17

Czy Zamawiający dopuści wymóg stosowania dezynfekcji i czyszczenia przy pomocy oryginalnych środków dezynfekcyjnych produkowanych przez producenta aparatów?

Odp. Tak

PYTANIE dotyczy Pakiet nr 1 Poz.1

Parametry ogólne aparatu. Aparat do hemodializy/hemodiafiltracji – 6 SZTUK . Lp25

Czy Zamawiający dopuści aparaty z programem serwisowym umożliwiającym wszelkie kalibracje oraz pełną diagnostykę aparatu dostępną z poziomu serwisanta z firmy realizującej przedmiot zamówienia?

Odp. Tak

PYTANIE nr dotyczy Pakiet nr 1 Poz.2

Parametry ogólne aparatu. Aparat do hemodializy – 20 szt. Lp6

Czy Zamawiający dopuści aparaty bez pamięci składu koncentratu lub dializatu?

Odp. Tak

PYTANIE nr dotyczy Pakiet nr 1 Poz.2

Parametry ogólne aparatu. Aparat do hemodializy – 20 szt. Lp10

Czy Zamawiający dopuści ustawienia aparatu poprzez czytelny, kolorowy monitor o średnicy minimum 10 cali?

Odp. Nie

PYTANIE nr dotyczy Pakiet nr 1 Poz.2

Parametry ogólne aparatu. Aparat do hemodializy – 20 szt. Lp11

Czy Zamawiający dopuści możliwość profilowania ultrafiltracji?

Odp. Tak

PYTANIE nr dotyczy Pakiet nr 1 Poz.2

Parametry ogólne aparatu. Aparat do hemodializy – 20 szt. Lp13

Czy Zamawiający dopuści regulowany przepływ płynu dializacyjnego: 0-300 -500- 800 ml/min?

Odp. Tak

PYTANIE nr dotyczy Pakiet nr 1 Poz.2

Parametry ogólne aparatu. Aparat do hemodializy – 20 szt. Lp15

Czy Zamawiający dopuści aparaty bez funkcji całkowitej lub częściowej redukcji zużycia wody oraz koncentratu w trybie oczekiwania na pacjenta?

Odp. Tak

PYTANIE nr dotyczy Pakiet nr 1 Poz.2

Parametry ogólne aparatu. Aparat do hemodializy – 20 szt. Lp17

Czy Zamawiający dopuści dezynfekcję i czyszczenie przy pomocy oryginalnych środków dezynfekcyjnych producenta aparatów?

Odp. Tak

PYTANIE nr dotyczy Pakiet nr 1 Poz.2

Parametry ogólne aparatu. Aparat do hemodializy – 20 szt. Lp20

Czy Zamawiający dopuści archiwizację ostatniej, wykonanej dezynfekcji?;

w celu bezpieczeństwa pacjentów aparaty wyposażone są w funkcję blokującą wykonanie następnego zabiegu w przypadku zaistnienia nieprawidłowej dezynfekcji, funkcja blokująca dezaktywuje się po wykonaniu prawidłowej dezynfekcji pozwalając na następny zabieg?

Odp. Tak

PYTANIE nr dotyczy Pakiet nr 1 Poz.2

Parametry ogólne aparatu. Aparat do hemodializy – 20 szt. Lp21

Czy Zamawiający dopuści automatyczną pompę heparyny z możliwością programowania bolusa na początku zabiegu?

Odp. Tak

PYTANIE nr dotyczy Pakiet nr 1

Poz.2 Parametry ogólne aparatu. Aparat do hemodializy – 20 szt. Lp28

Czy Zamawiający dopuści możliwość ustawienia temperatury dializatu w zakresie 35-39°C?

Odp. Tak

PYTANIE nr dotyczy Pakiet nr 1 Poz.2

Parametry ogólne aparatu. Aparat do hemodializy – 20 szt. Lp29

Czy Zamawiający dopuści aparaty bez możliwości podłączenia do sieci LAN?

Odp. Tak

PYTANIE nr dotyczy Pakiet nr 1 Poz.2

Parametry ogólne aparatu. Aparat do hemodializy – 20 szt. Lp30

Czy Zamawiający dopuści aparaty bez możliwości współpracy z monitorem masy ciała i komunikacji za pomocą karty mikrochipowej?

Odp. Aparat powinien mieć port do karty mikrochipowej służący do programowania hemodializ . Nie musi on służyć do komunikacji z monitorem masy ciała.

PYTANIE nr dotyczy Pakiet nr 1 Poz.3

FOTEL DIALIZACYJNY – 26 SZTUK Lp5

Czy Zamawiający dopuści płynną mechaniczną regulację siedziska?

Odp. Tak

PYTANIE nr dotyczy Pakiet nr 1 Poz.3

FOTEL DIALIZACYJNY – 26 SZTUK Lp9

Czy Zamawiający dopuści segment podudzia wyposażony w oparcie stóp?

Odp. Tak

PYTANIE nr dotyczy Pakiet nr 1 . Poz.1

Aparat do hemodializy/hemodiafiltracji – 6 SZTUK . Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza.

Czy Zamawiający dopuści poniższe punkty do wliczania w cenę:

- przystosowanie (modernizacja/adaptacja) pomieszczenia dla potrzeb nowych aparatów, foteli jeśli dostarczony aparat fotele będą wymagały takich modernizacji adaptacji.
- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez Zamawiającego miejscu, pomieszczeniu, salach ,
- wszystkie wykonywane prace związane z oddaniem do eksploatacji w/w urządzeń muszą być wykonywane w taki sposób by nie zaburzały wykonywania procedur medycznych na Oddziale Stacji Dializ .
- dostawa, montaż i uruchomienie oraz podłączenie aparatów do hemodializ , bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi w/w urządzenia wyznaczonego personelu przez Zamawiającego po stronie Wykonawcy,
- po instalacji pomieszczenia ściany, podłogi sufit itp. przywrócone do standardów zgodnych z wymaganiami dla obiektów służby zdrowia,
- wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych i przekazanie ich Zamawiającemu w postaci protokołu, jeśli przepisy dotyczące tego typu urządzenia oraz użytkowania go w placówkach służby zdrowia są wymagane,
- dostarczenia niezbędnej dokumentacji technicznej dot. przedmiotu zamówienia w języku polskim w postaci papierowej i elektronicznej.
- bezpłatne przeglądy (okres udzielonej gwarancji) dostarczonego przedmiotu umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznoeksploatacyjnej oraz utrzymanie tych urządzeń w pełnej zdolności technicznoeksploatacyjnej w okresie gwarancji nie krótszym niż 5 lat (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową) na dostarczony, zamontowany przedmiot umowy, gwarancja biegnie od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń,
- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi w/w urządzenia wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,
- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz umowy .

Odp. Zgodnie z SIWZ

PYTANIE nr dotyczy Pakiet nr 1 . Poz. 2

Aparat do hemodializy – 20 szt. Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza.

Czy Zamawiający dopuści poniższe punkty do wliczania w cenę:

- przystosowanie (modernizacja/adaptacja) pomieszczenia dla potrzeb nowych aparatów, foteli jeśli dostarczony aparat fotele będą wymagały takich modernizacji adaptacji.
- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w wskazanych przez Zamawiającego miejscu, pomieszczeniu, salach ,
- wszystkie wykonywane prace związane z oddaniem do eksploatacji w/w urządzeń muszą być wykonywane w taki sposób by nie zaburzały wykonywania procedur medycznych na Oddziale Stacji Dializ .
- dostawa, montaż i uruchomienie oraz podłączenie aparatów do hemodializ , bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi w/w urządzenia wyznaczonego personelu przez Zamawiającego po stronie Wykonawcy,
- po instalacji pomieszczenia ściany, podłogi sufit itp. przywrócone do standardów zgodnych z wymaganiami dla obiektów służby zdrowia,
- wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych i przekazanie ich Zamawiającemu w postaci protokołu, jeśli przepisy dotyczące tego typu urządzenia oraz użytkowania go w placówkach służby zdrowia są wymagane,
- dostarczenia niezbędnej dokumentacji technicznej dot. przedmiotu zamówienia w języku polskim w postaci papierowej i elektronicznej.
- bezpłatne przeglądy (okres udzielonej gwarancji) dostarczonego przedmiotu umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznoeksploatacyjnej oraz utrzymanie tych urządzeń w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej w okresie gwarancji nie krótszym niż 5 lat (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową) na dostarczony, zamontowany przedmiot umowy, gwarancja biegnie od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń,
- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi w/w urządzenia wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,

- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz umowy .

Odp. Zgodnie z dokumentacją przetargową.

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1, 1a, 3, 4:

1. W przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z terminem określonym w §4, §5 Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niewykonanego w terminie przedmiotu umowy określonej w § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki za niewykonaną dostawę, naprawę, nie wykonania przeglądu, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie dostawy, naprawy, przeglądu.

Odp. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

2. 1a. Kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy od kwoty podanej w § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki w przekroczonym terminie wstawienia sprawnego sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż naprawiane urządzenie, jednak nie mniej niż 100 zł za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy.

Odp. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn będących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

4. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonej w § 2 ust.1.

Odp. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Pytanie nr.1 dot. pakietu nr.6

Zamawiający wymaga aby oferowany aparat został wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku. Dopuszcza to oferowanie aparatów zalegających w stanach magazynowych, co ma negatywny wpływ m.in. na akumulator urządzenia przenośnego. W związku z powyższym prosimy o zmianę wymogu, na aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku.

Odp. Zgodnie z odpowiedziami na pytania oraz SIWZ.

Pytanie nr.2 dot. pakietu nr.6

Zamawiający wymaga gwarancji na okres 60 miesięcy. W związku z powyższym prosimy aby Zamawiający wymagał przedłożenia w ofercie, oświadczenia Producenta oferowanego urządzenia, iż Oferent posiada dostęp do oryginalnych części zamiennych i części te będą dostępne dla Oferenta, przez okres udzielanej gwarancji.

Pozwoli to uniknąć sytuacji sprzedaży urządzenia przez nieautoryzowanych dystrybutorów i kłopotów w egzekwowaniu ewentualnych napraw gwarancyjnych.

Odp. Zgodnie z odpowiedziami na pytania oraz SIWZ.

1. Dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 1 w pkt. 7 – aparatów bez wyświetlania proporcji mieszania bikarbonatu i koncentratu kwaśnego.

Odp. Tak

2. Dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 1 w pkt. 18 – aparatów z możliwością częściowego przygotowania aparatu do zabiegu w trakcie trwania dezynfekcji (bez podłączenia końcówek linii krwi do portów czujników ciśnienia).

Odp. Tak

3. Dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 1 w pkt. 34 – aparatów bez możliwości współpracy z monitorem masy ciała, komunikacją za pomocą karty mikrochipowej.

Odp. Aparat powinien mieć port do kart chipowych służący do komunikowania się z nim. Port nie musi komunikować się z monitorem masy ciała.

4. Dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 1 w pkt. 42 – aparatów z możliwością indywidualnego blokowania kół.
Odp. Tak
5. Dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 2 w pkt. 7 – aparatów bez wyświetlania proporcji mieszania bikarbonatu i koncentratu kwaśnego.
Odp. Tak
6. Dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 2 w pkt. 18 – aparatów z możliwością częściowego przygotowania aparatu do zabiegu w trakcie trwania dezynfekcji (bez podłączenia końcówek linii krwi do portów czujników ciśnienia).

Odp. Tak

7. Dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 2 w pkt. 30 – aparatów bez możliwości współpracy z monitorem masy ciała, komunikacją za pomocą karty mikrochipowej.

Odp. Aparat powinien mieć port kart chipowych służących do komunikowania się z aparatem do hemodializ. Port nie musi służyć do komunikowania się z monitorem masy ciała.

8. Dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 2 w pkt. 38 – aparatów z możliwością indywidualnego blokowania kół.

Odp. Tak

Zadanie nr 1

1. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 1 poz. 3 fotele dializacyjne i utworzy osobny pakiet?

Odp. Nie

Dotyczy Załącznika nr 2 - Pak Nr 1.poz. 3 - FOTEL DIALIZACYJNY – 26 SZTUK

1. Czy Zamawiający w pkt 5 SiWZ dopuści fotel z regulacją wysokości „góra-dół” bez możliwości zmiany kąta ustawienia siedziska ?

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający w pkt 8 dopuści fotel przejezdny wyposażony w 4 koła o wymiarach 12cm z możliwością indywidualnej blokady kół? Uzasadnienie: różnica 1cm na średnicy koła nie ma wpływu na wartość techniczno -użytkową sprzętu.

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający w pkt 7 SiWZ dopuści ustawienia pozycji fotelewej - siedzącej uzyskiwane kilkoma przyciskami za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym.

Odp. Tak

Prosimy o doprecyzowania zapisów w pakiecie nr 1 poz. 3 ppkt. 5. Czy Zamawiający wymaga foteli z płynną, mechaniczną regulacją wysokości siedziska czy także regulacji wysokości góra/dół całego fotela?

Odp. Siedziska

Dotyczy Załącznika nr 2 - Pak Nr 1.poz. 3 - FOTEL DIALIZACYJNY – 26 SZTUK

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 3 fotel dializacyjny do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej.

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel dializacyjny o wymiarach leża składającego się z sekcji oparcia pleców, siedziska, sekcji oparcia nóg: długość 1850 mm x szerokość 530 mm, szerokość zewnętrzna z podłokietnikami: 830 mm? Poniżej znajduje się fotografia oferowanego przedmiotu zamówienia:



Odp. Tak

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel dializacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie: 94° - 175° Poniżej znajduje się fotografia oferowanych parametrów regulacji oparcia pleców i nóg.



Odp. Tak

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel dializacyjny, który posiada zarówno płynną, elektryczną regulację wysokości siedziska za pomocą pilota oraz dodatkowo za pomocą pedału nożnego? Regulacja wysokości siedziska uzyskiwana jest za pomocą pilota oraz pedału, natomiast regulacja kąta nachylenia siedziska uzyskiwana jest za pomocą pilota.

Odp. Tak

5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel dializacyjny, którego konstrukcja oparta jest na metalowych elementach malowanych proszkowo z dodatkową powłoką antybakteryjną zawierającą jony srebra, a którego konstrukcja jest dodatkowo umieszczona w obudowie z ABS jak na zdjęciu powyżej?

Odp. Tak

6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel dializacyjny, w którym pozycja fotelowa uzyskiwana jest za pomocą kilku przycisków na pilocie?

Odp. Tak

7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel dializacyjny oparty na trzech kołach o średnicy 75 mm, koła znajdują się w obudowie fotela. Wszystkie

koła blokowane za pomocą centralnej blokady. Dodatkowo jedno z kół jest opuszczane celem łatwego transportu.

Odp. Nie

8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel dializacyjny, w którym segment podudzia nie wymaga stosowania oparcia stóp? Istnieje możliwość regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia podudzia do wymaganego kąta za pomocą pilota, oparcie stóp nie jest konieczne.

Odp. Nie

9. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel dializacyjny, w którym płynna zmiana pozycji fotela od siedzącej do horyzontalnej uzyskiwana jest za pomocą kilku przycisków na pilocie?

Odp. Nie

10. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel dializacyjny o udźwigu 180 kg?

Odp. Tak

11. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 7 tygodni od dnia podpisania umowy. Rozwiązanie zaproponowane przez Zamawiającego jest rozwiązaniem niekorzystnym dla Wykonawców, gdyż nie wiadomo ile czasu zajmie Zamawiającemu badanie ofert, oraz czy termin otwarcia ofert nie będzie przesuwany. Dlatego wnioskujemy o zmianę sztywnego terminu dostawy wyznaczonego do dnia 20.12.2019.

Odp. Nie

12. Czy zamawiający w pkt 5 SIWZ pakietu nr 1 poz. 3 fotel dializacyjny oczekuje regulacji elektromechanicznej czy mechanicznej dla ustawienia kąta siedziska i wysokości fotela?

Odp. Zgodnie z SIWZ

13. Czy Zamawiający dopuści fotel dializacyjny o długości 2440 mm?

Odp. Nie

14. Czy Zamawiający dopuści fotel dializacyjny o szerokości siedziska 630 mm?

Odp. Tak

15. Czy Zamawiający dopuści fotel dializacyjny o całkowitej szerokości wraz z podłokietnikami 1023 mm?

Odp. Tak

16. Czy Zamawiający dopuści fotel dializacyjny z podłokietnikami bez regulowanej wysokości, z regulowanym kątem?

Odp. Nie

17. Czy Zamawiający dopuści fotel dializacyjny o wadze 135 kg?

Odp. Nie

Dotyczy Załącznik Nr 4- wzór umowy §9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prosimy o modyfikację w/w ustępu na następujący:

1. W przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z terminem określonym w §4, §5 Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto urządzenia niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki za niewykonaną dostawę, naprawę, nie wykonania przeglądu.

1a. Kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto urządzenia niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w przekroczonym terminie nie wstawienia sprawnego sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż naprawiane urządzenie.

3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn będących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto niezrealizowanej części umowy.

4. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonej w § 2 ust.1.

Istniejące obecnie zapisy w przypadku zwłoki w dostawie lub w usunięciu usterek, dokonania przeglądów gwarancyjnych powodują naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Biorąc pod uwagę, że w ramach przedmiotu umowy występują wyroby medyczne o zróżnicowanym charakterze i wartości, istniejący sposób naliczania kar nie może być uznany za proporcjonalny do stopnia zawinienia strony. Jest to tym bardziej niewłaściwe, że stan techniczny jednego z elementów przedmiotu zamówienia nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałe części składowe całości. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ/załącznikach do SIWZ/projekcie umowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytania dotyczą parametrów technicznych zawartych w załączniku Nr 2 dla Pakietu nr 2 - Aparaty do ciągłej terapii nerkozastępczej z modułem regionalnej antykoagulacji cytrynianowej (Ci Ca)

1. Czy Zamawiający w zał. 2 (pakiet nr 2) w pkt. 10 dopuszcza przepływ dializatu w aparacie do terapii nerkozastępczych w zakresie od 0-8000 ml/godz.?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający w zał. 2 (pakiet nr 2) w pkt. 11 dopuszcza ultrafiltrację w aparacie do terapii nerkozastępczych w zakresie od 0-2000 ml/godz.?

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający w zał. 2 (pakiet nr 2) w pkt. 12 dopuszcza przepływ substytutu w aparacie do terapii nerkozastępczych w zakresie od 0-8000 ml/godz.?

Odp. Tak

4. Czy zamawiający w zał. 2 (pakiet nr 2) w pkt. 20 dopuszcza regionalną antykoagulację cytrynań-wapń z wykorzystaniem zintegrowanej z aparatem pompy strzykawkowej do podaży wapnia i niezależnej wagi do podaży cytrynianu ?

Odp. Tak

5. Czy zamawiający w zał. 2 (pakiet nr 2) w pkt. 21 dopuszcza aparat posiadający pięć pomp umożliwiających podaż i oddawanie krwi, płynu dializacyjnego, substytucyjnego, predylucji (PBP), ultrafiltratu lub osocza?

Odp. Tak

6. Czy zamawiający w zał. 2 (pakiet nr 2) w pkt. 23 dopuszcza możliwość jednoczesowego podłączenia 2 worków po 5 litrów z płynem dializacyjnym?

Odp. Tak