

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy nici chirurgicznych – 12 pakietów, 17/2019

Pakiet nr 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów jedwabnych plecionych?

Odp. Tak

Pakiet nr 1, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązki o długości 250cm?

Odp. Tak

Pakiet nr 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o profilu podtrzymywania ok. 70% po 28 dniach, ok.50% po 42 dniach od zaimplantowania?

Odp. Tak

Pakiet nr 2, pozycja 2 – 5– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

Odp. Tak

Pakiet nr 2, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odp. Tak

Pakiet nr 2, pozycja 2 – 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia?

Odp. Tak

Pakiet nr 2, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm?

Odp. Tak

Pakiet nr 3, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm?

Odp. Tak

Pakiet nr 4, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odp. Tak

Pakiet nr 4, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

Odp. Tak

Pakiet nr 4, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej haczyk o długości 32mm?

Odp. Tak

Pakiet nr 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici wykonanych z kwasu poliglikolowego o okresie wchłaniania 60-90 dni?

Odp. Tak

Pakiet nr 8, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm?

Odp. Tak

Pakiet nr 8, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 2/0 z igłą o długości 37mm?

Odp. Tak

Dotyczy SIWZ

Z uwagi, że dzień 11 listopada jest dniem wolnym z uwagi na święto państwowe, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 14 listopada 2019r.

Odp. Zamawiający przedłuża termin składani i otwarcia ofert do 18.11.2019 godziny nie ulegają zmianie.

Pakiet nr 6

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

Potwierdzenie parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Instrukcja stanowi również dokument, który obowiązkowo należy przedłożyć w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający oczekuje, aby gąbki hemostatyczne osiągały efekt hemostazy w ciągu 3-6 minut?

Odp. SIWZ

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający oczekuje wosku kostnego składającego się z wosku pszczelego 83%, wosk parafinowy 5% oraz palmitynianu izopropylu 12%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczącą?

Odp. SIWZ

Dot. zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp. Tak

Dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści nić plecioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, monofilamentową, wchłaniającą, z Polidoksanon, o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%?

Odp. Tak

Dot. Pakietu 4, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, wchłaniającą, monofilamentową, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 21-28 dni i całkowitym okresie wchłaniania 90-120 dni?

Odp. Tak

Dot. Pakietu 10, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą bez katalogowego określenia średnicy, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

Pakietu Nr 4, poz. 2, 7, 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą o długości 36mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

Odp. Tak

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą o długości 22mm lub 26mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?**

Odp. Tak

- 2. Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z nicią o długości 75cm, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?**

Odp. Tak

- 3. Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z nicią o długości 90cm, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?**

Odp. Tak