

Znak sprawy 19/2019

Załącznik Nr 2

Pak Nr-3 poz.1

Holter EKG - 2 sztuki

Pkt. Zasilanie akumulatorowe lub max 2 baterie alkaliczne.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy rejestrator z zasilaniem 1 baterią alkaliczną?

Takie rozwiązanie zmniejsza masę aparatu, zwiększając komfort pacjenta.

Odp. Tak

Pkt. 2 Analiza w trybie prospektywnym i retrospektywnym, z dowolnego poziomu analizy

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy system z oprogramowaniem do analizy, w trybie retrospektywnym, z dowolnego poziomu analizy- możliwość dostępu do zapisu EKG?

W standardowej, ambulatoryjnej, analizie Holtera zapisów sygnału EKG powszechnie stosuje się tryb retrospektywny. Ten rodzaj analizy jest jednocześnie szybki i doskonały.

Wystarczający do diagnostyki. Tryb prospektywny wymaga znacznie więcej czasu i wiedzy operatora. Ten rodzaj analizy najczęściej wykorzystywany jest przez wysoko wyspecjalizowane kliniki kardiologiczne do bardzo skomplikowanych przypadków medycznych.

Odp. Tak

Pkt. 3 Filtr migotania przedsionków.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy system z pośrednią funkcją filtru migotania przedsionków?

Oferowane oprogramowanie umożliwia w dużym zakresie konfigurację ustawień parametrów do analizy arytmii, w tym do migotania przedsionków.

Odp. Tak

Pak Nr 3 poz.1 Holter Ciśnieniowy - 1 sztuka

Pkt. 1 Zakres mierzonego ciśnienia 0-300mmHg.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy rejestrator z zakresem mierzonego ciśnienia 0-299mmHg?

Różnica w wartościach wymaganych a oferowanych jest minimalny i mniejszy od błędu pomiaru

Odp. Tak

Pytania do Załącznik Nr 2- Pak Nr 1 USG przenośne 1 sztuka

Pytanie 01.

Dotyczy Załącznik Nr 2- Pak Nr 1, I Parametry ogólne, pkt 3

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta znacznie przewyższający minimalne wymagania Zamawiającego, którego waga to 83,6 kg? Niewielka różnica nie ma wpływu na mobilność aparatu a co za tym idzie pracę na aparacie, a pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty w postępowaniu

Odp. Tak

Pytanie 02.

Dotyczy Załącznik Nr 2- Pak Nr 1, II Konstrukcja i konfiguracja, pkt 7

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta znacznie przewyższający minimalne wymagania Zamawiającego, który posiada liczbę obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2200 klatek?

Odp. Tak

Pytanie 03.

Dotyczy Załącznik Nr 2- Pak Nr 1, II Konstrukcja i konfiguracja, pkt 10

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta znacznie przewyższający minimalne wymagania Zamawiającego, posiadający wbudowany dysk w technologii HDD?

Odp. Tak

Pytanie 04.

Dotyczy Załącznik Nr 2- Pak Nr 1, II Konstrukcja i konfiguracja, pkt 12

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta znacznie przewyższający minimalne wymagania Zamawiającego, którego zakres częstotliwości pracy wynosi 1-14 MHz?

Odp. Tak

Pytanie 05.

Dotyczy Załącznik Nr 2- Pak Nr 1, II Obrazowanie i prezentacja obrazu, pkt 4

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta znacznie przewyższający minimalne wymagania Zamawiającego, umożliwiające obrazowanie B-Mode z częstotliwością odświeżania 1900 obr/s? Tak niewielka różnica nie wpływa na jakość obrazowania oraz komfort pracy użytkownika, a pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Tak

Pytanie 06.

Dotyczy Załącznik Nr 2- Pak Nr 1, II Obrazowanie i prezentacja obrazu, pkt 7

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta znacznie przewyższający minimalne wymagania Zamawiającego, umożliwiające regulację wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min 0,5-20mm?

Odp. Tak

Pytanie 07.

Dotyczy Załącznik Nr 2- Pak Nr 1, IV Głowice ultradźwiękowe, pkt 1

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta znacznie przewyższający minimalne wymagania Zamawiającego, wyposażony w głowicę convex do badań jamy brzusznej z liczbą elementów akustycznych 384, szerokopasmowa w zakresie częstotliwości 2,0-6,0MHz. Kąt pola widzenia głowicy 72 stopni. z możliwością zastosowania przystawki biopsyjnej?

Odp. Tak

Pytanie 08.

Dotyczy Załącznik Nr 2- Pak Nr 1, IV Głowice ultradźwiękowe, pkt 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy Ultrasonograf renomowanego producenta znacznie przewyższający minimalne wymagania Zamawiającego, wyposażony w głowicę liniową szerokopasmową o zakresie częstotliwości emitowanych 4,0-12,0 MHz z możliwością zastosowania przystawki biopsyjnej?

Odp. Tak

Pytanie 09.

Dotyczy Załącznik Nr 2- Pak Nr 1, V Inne wymagania, pkt 2

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy wymaga aby oferowany aparat USG był wyposażony w głowicę do echo serca czy posiadał możliwość rozbudowy o nią?

Odp. Ma posiadać głowicę do echo serca.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy podnośnik pacjenta, który w wyposażeniu do ramy w pozycji siedzącej będzie posiadał czteropunktowe nosidło z usztywnieniem głowy do zmiany pozycji pacjenta w łóżku bez nosidła dwupunktowego, które jest zbędne i tylko przedraża wartość oferowanego sprzętu?

Uzasadnienie: Nosidło dwupunktowe wymaga zastosowania ramy dwupunktowej, która wpłynie na wartość sprzętu. Za pomocą ramy i nosidła czteropunktowych personel z łatwością może zmieniać pozycję pacjenta

Odp. Tak

2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał aby podnośnik był wyposażony w koła o niskim profilu tj. do max. 90 mm czy większe do max. 120 mm?

Odp. Nie

3. Czy Zamawiający będzie wymagał aby podnośnik pacjenta był wyposażony w ramę dwupunktową oraz kamizelkę do nauki chodu?

Odp. Nie

Pytanie 1

Ad. Załącznik nr 2, pkt II Konstrukcja i konfiguracja, ppkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta rok prod. 2019 z bieżącej produkcji posiadający 286.720 procesowych kanałów?

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Tak

Pytanie 2

Ad. Załącznik nr 2, pkt II Konstrukcja i konfiguracja ppkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta z bieżącej produkcji 2019 z zakresem pracy głowic obrazowych, możliwych do podłączenia, od 2 MHz do 16 MHz?

Różnica 2 MHz nie ma istotnego wpływu, zwłaszcza, że Zamawiający wymaga aby aparat był wyposażony w głowice pracujące w zakresie od 2 do 16 MHz.

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Tak

Pytanie 3

Ad. Załącznik nr 4 do SIWZ

Czy Zamawiający zmieni zapis § 5 ust. 5 Załącznika nr 4 do SIWZ z „Zgłoszenie wady lub usterki następować będzie drogą elektroniczną (adres e-mail:). Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zgłoszenia wady lub usterki pisemnie (email) w dniu zgłoszenia.

Następnie do 12 godzin od momentu zgłoszenia wady lub usterki Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o terminie likwidacji zgłoszonej wady lub usterki. Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia wady lub usterki.” na „Zgłoszenie wady lub usterki następować będzie drogą elektroniczną (adres e-mail:). Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zgłoszenia wady lub usterki pisemnie (email) w dniu zgłoszenia. Następnie do 12 godzin od momentu zgłoszenia wady lub usterki Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o terminie likwidacji zgłoszonej wady lub

usterki. Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy), licząc od daty zgłoszenia wady lub usterki.” ?

Odp. Nie

Pytanie 4

Ad. Załącznik nr 4 do SIWZ

Czy Zamawiający zmieni zapis § 5 ust. 13 Załącznika nr 4 do SIWZ z „Czas trwania naprawy gwarancyjnej, niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu umowy” na Czas trwania naprawy gwarancyjnej, niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu umowy, pomijając sytuację, w której Wykonawca dostarczy aparat zastępczy.” ?

Odp. Tak

Pytanie 5

Ad. Załącznik nr 4 do SIWZ

Czy Zamawiający zmieni zapis § 5 ust. 11 Załącznika nr 4 do SIWZ z „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie powstałe w czasie eksploatacji, jeżeli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi.” na „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie powstałe w czasie eksploatacji, jeżeli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi oraz zapisów karty gwarancyjnej” ?

Odp. Tak

Pytanie 6

Ad. Załącznik nr 4 do SIWZ

Czy Zamawiający usunie zapis § 5 ust. 13 Załącznika nr 4 do SIWZ?

Pojęcie przedłużenia okresu gwarancji jest precyzyjnie określone w punktach 17 i 18 ww. umowy.

Odp. Tak