

Załącznik Nr 2

Pak Nr-3 Holter EKG- 2 sztuki , Holter ciśnieniowy – 1 sztuka

Pak Nr 3 poz.1- Holter EKG - 2 sztuki

Nazwa urządzenia /model/ Numer katalogowy:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r, podać rok produkcji:

Opis :

Rejestrator do badania holtera metodą EKG z oprogramowaniem do analizy fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r:

- zasilanie akumulatorowe lub max 2 baterie alkaliczne,
- czas rejestracji 48 godzin z możliwością analizy nie mniej niż 12 odprowadzeń EKG,
- automatyczne przygotowanie do druku – możliwość rejestracji zdarzeń pacjenta , tzw przycisk event (pacjent czuje się źle i używa przycisku aby w czasie analizy zwrócić uwagę na ten moment),
- rejestracja w czasie rzeczywistym,
- możliwość rejestracji zapisu stymulatora każdego typu ,
- do każdego rejestratora- torba na rejestrator, kabel ekg, podwójny zestaw akumulatorów,
- wskazany wyświetlacz zapisu EKG.

Oprogramowanie do analizy:

- analiza w trybie prospektywnym i retrospektywnym, z dowolnego poziomu analizy- możliwość dostępu do zapisu ekg,
- edytor klasy zaburzeń rytmu,
- możliwość wydruku wybranego fragmentu zapisu ekg,
- zapis ciągły EKG, najlepiej w postaci obrazowania np. 1 minuty zapis na 1 stronie ekranu ,
- analiza pracy wszystkich rozruszników serca,
- filtr migotania przedsionków,
- automatycznie przygotowane strony do druku z możliwością do dania wybranych fragmentów EKG
- tabelaryczna prezentacja czynności serca, zaburzeń rytmu,
- możliwość dokonywania pomiarów na każdym etapie analizy zapisu EKG, możliwość automatycznego wykrywania złożonych zaburzeń rytmu, przewodzenia

ogółem wartość netto 1 sztuki

Podatek VAT %

ogółem wartość brutto 1 sztuki

W podane wartości powyżej Wykonawca podaje cały koszt wyspecyfikowanego urządzenia z wszystkimi kosztami jakie poniesie oddając urządzenie do eksploatacji oraz udzielonej gwarancji.

ogółem wartość netto 2 sztuk
Podatek VAT %
ogółem wartość brutto 2 sztuk

Pak Nr 3 poz.1 Holter Ciśnieniowy - 1 sztuka

Nazwa urządzenia /model/ Numer katalogowy:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r, podać rok produkcji:

Holter ciśnieniowy fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r z oprogramowaniem do analizy ciśnienia :

- wybierania częstości pomiarów w godzinach dziennych i nocnych- oddzielnie,
- rejestracja w czasie rzeczywistym,
- możliwość pomiaru na żądanie,
- 3 mankiety(dla osób dorosłych, w tym dla otyłych, szczupłych i przeciętnych),
- torba na rejestrator,
- kabel ekg, podwójny zestaw akumulatorów,
- system do analizy- pomiar i rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego oraz częstości rytmu serca,
- możliwość podziału na średnie ciśnienie skurczowe, rozkurczowe z doby, z rozdziałem na dzień, noc,
- graficzny zapis ciśnienia całodobowego,
- zakres mierzonego ciśnienia 0-300mmHg.

ogółem wartość netto 1 sztuki
Podatek VAT %
ogółem wartość brutto 1 sztuki

W podane wartości powyżej Wykonawca podaje cały koszt wyspecyfikowanego urządzenia z wszystkimi kosztami jakie poniesie oddając urządzenie do eksploatacji oraz udzielonej gwarancji.

Okres pełnej nieodpłatnej gwarancji oraz bezpłatne przeglądy zgodne z dokumentacją techniczno eksploatacyjną w okresie gwarancji nie krótszej niż 5 lat.

Podać okres gwarancji (minimum 5 lat) podać

Dodatkowo w cenę Wykonawca wlicza:

- dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego
- bezpłatne przeglądy(okres udzielonej gwarancji) dostarczonego przedmiotu umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej oraz utrzymanie tych urządzeń w pełnej zdolności techniczno eksploatacyjnej w okresie nie krótszym niż 5 lat (zgodnie ze złożoną ofertą przetargową) na dostarczony, zamontowany przedmiot umowy, gwarancja biegnie od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
- bezpłatne szkolenia w zakresie codziennej obsługi w/w urządzenia wyznaczonego personelu przez Zamawiającego,
- zobowiązania wynikające z dokumentacji przetargowej, oraz umowy.

Termin wykonania zamówienia do (szczegółowy termin uzgodniony z Zamawiającym)
20.12.2019

Nie spełnienie choć jednego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe wyprodukowane nie wcześniej niż 2018r , niniejszym oświadczamy, że w/w urządzenia są kompletne i w pełni gotowe do pracy i nie wymagane są żadne dodatkowe zakupy. Do oferty należy dołączyć komplet oryginalnych materiałów informacyjnych producenta przetłumaczonych na język polski, dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie wymagań przez Wykonawcę. W dokumentach tych muszą być zaznaczone parametry wymagane w pakiecie .

ogółem wartość netto Pak Nr 3

Podatek VAT %

ogółem wartość brutto Pak Nr 3

.....
(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela firmy/ Wykonawca)