

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy: Odczynników laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku 5 pakietów

Nr sprawy: 20/2019

Pytania dotyczące SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w pozycjach, w których jednostką miary jest sztuka cena wyrobów była podawana z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Pytania dotyczące umowy:

Odp. Tak

Dotyczy § 1 ust.2

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”

Odp. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy § 2 ust.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Tak

Dotyczy § 6 ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury potwierdzającej dostawę towaru.

Podtrzymując wymóg 60 dniowego terminu płatności tj. maksymalnego terminu dla podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym wynikającego art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1323), Zamawiający musi liczyć się z faktem, że konsekwencją uregulowania terminu płatności na bazie tej ustawy, będzie naliczanie przez wykonawcę, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy § 8 ust.1

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od chwili jej otrzymania,
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy § 9ust. 1

Czy Zamawiający, dla umów zawieranych w ramach Pakietu nr 3, 4, 5 wyrazi zgodę o wykreślenie z ustępu zapisu „(...), jednak nie mniej niż 200 zł za każdy dzień zwłoki”

Biorąc pod uwagę potencjalną wartość umowy i długość jej trwania dla Pakietów 3-4, narzucona kara w paragrafie 9 jest nieadekwatne i niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości zamówień, których wykonawcy mogą się spodziewać w trakcie realizacji umowy.

Założmy, że wartość umowy zawieranej na 3 lata opiewa na kwotę 20 000,00 PLN brutto. Przy takiej wartości umowy średniomiesięczne zamówienie będzie miało wartość ok. 500,00 zł. Za dwudniową zwłokę w realizacji zamówienia o wartości np. 500,00 zł. Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną w kwocie 2 x 200 zł tj. 400,00 zł. Tej wysokości kara umowa będzie praktycznie równa wartości złożonego zamówienia.

Zatem, wysokość narzuconych przez Zamawiającego kar jest rażąco wygórowana i nie ma na celu egzekwowanie terminowości realizacji zamówień, ale stanowi dodatkowy dochód Zamawiającego.

Podpisanie umowy w obecnej treści § 9 ust. 1), wiąże się z dużym ryzykiem handlowym. Biorąc pod uwagę wartość umowy i długość jej trwania, narzucone kary w paragrafie 9, są niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości zamówień, których wykonawcy mogą się spodziewać w trakcie realizacji umowy. Na dodatek, krótki termin realizacji zamówień i duża różnorodność towaru powoduje, że wielkość kary nawet przy niewielkim opóźnieniu, przekroczy wartość zysku.

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości min. 200 zł. jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy § 9 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej umowy?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczy pakietu nr 4:

Dot. Pozycji 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipet o poj. użytkowej 3 ml i całkowitej 4 ml?

Odp. Nie

Dot. Pozycji 2 i 3:

Pyt. 1 Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie płyt w kolorze białym czy przezroczystym?

Odp. Przezroczystym

Pyt. 2 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?

Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwo wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty.

Odp. Wymaga bez rowka

Dot. Pozycji 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płyt jednorazowych do oznaczania grup krwi 5x6 dołkowych?

Odp. Nie tak jak w SIWZ

Dotyczy pakietu nr 6:

Pozycja 10.

Czy Zamawiający dopuści” Pojemniki do 24 h zbiórki moczu, o poj. 2,7 l (115x115x225 mm), z HDPE, z podziałką i zakrętką z PE” ?

Odp. Tak

Pozycja 11.

Czy Zamawiający wymaga mieszadełek do kapilar o pojemności 100ul czy powyżej 100ul?

Odp. 115ml

Pozycja 19

Czy Zamawiający w tej pozycji rozumie pod pojęciem „Cupsy z zatyczką” jako naczynka COBAS o poj. 0,7 ml?

Odp. Tak

Dotyczy pakietu nr 3:

Pozycja 1, 3, 4, 5, 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu?

Pozwoli na złożenie ważnych ofert, większej liczbie oferentów w Państwa postępowaniu

Odp. Nie

Pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pęsety o dł. 12,5cm?

Odp. Tak

Pak Nr 3

1. Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu 3 pozycje nr 7-10 do odrębnego pakietu?

Zwiększy to konkurencyjność w pakiecie nr 3.

Odp. Wykreśla pozycję Nr 7-10 z Pak Nr 3 i tworzy nowy Pakiet Nr 3a

Pakiet Nr. 3 a SPRZET JEDNORAZOWY DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH /3lata

<i>L/P</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Rozmiar</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Ilość</i> <i>/3</i> <i>lata</i>	<i>Cena</i> <i>jedn.</i> <i>netto</i>	<i>Cena</i> <i>jedn.brutto</i>	<i>Wartość</i> <i>netto</i>	<i>Wartość</i> <i>brutto</i>
7	Butelki poboru próbek wody plastikowe, sterylne	1000ml	Szt	150				
8	Worki na odpady z polipropylenu, do autoklawowania	300x200	Szt	4500				
9	Worki na odpady z polipropylenu, do autoklawowania	500x300	Szt	1500				
10	Stojak na odpady -biały, wykonany z drutu stalowego	Wys -25 cm średnica - 12cm	Szt	20				

Wartość pakietu netto

Wartość pakietu brutto

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 1 wymaga pipetek w pudełkach z podajnikiem?

Odp. Nie wymaga

3. Czy Zamawiający w Pakiecie 5, poz. 10 dopuści poj. 2500ml ?

Odp. Nie

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4:

§1 ust. 3 pkt 2):

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisów poprzez dodanie:

„W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu”.

Odp. Tak

§3 ust. 5:

Czy Zamawiający pod pojęciem „kody dostarczanych towarów” rozumie „numery katalogowe”?

Odp. Tak

§6 ust. 1:

Czy Zamawiający potwierdza że termin płatności biegnie od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT, przy założeniu, że faktura VAT zostanie wysyłana po wykonaniu zamówienia (dostawie towaru)?

Odp. Tak

§7 ust. 3 w zakresie Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań *hematologicznych* wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie www.....pl? Jeżeli tak prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia umowy.

Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 6 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności.

Krew kontrolna jest natomiast materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew.

Odp. Tak

§7 ust. 5 oraz 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu serwisu poprzez dodanie zapisu: „w dni robocze”?

Jeżeli tak, to prosimy o tożsamą modyfikację również Załącznika do SIWZ Pakiet 1 – Parametry Wymagane (Graniczne) Analizatora 5-Diff L.p. 22 i 23.

Odp. Nie

§8 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „w terminie 2 dni” wyrażenia „roboczych”?

Odp. Nie

§9 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości minimalnej kary umownej z 200 zł na 100 zł?

Odp. Nie

II. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4:

Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.

Odp. Zamawiający załącza umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

III. Dotyczy SIWZ, Rozdział VII pkt. 6.1.1.:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

przedstawił informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym?

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomił w dniu 28 czerwca 2012 roku internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wydruki te mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację.

Odp. Tak

IV. Dotyczy SIWZ, Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do SIWZ:

Część E – WADIUM:

Bardzo proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium?

W SIWZ nie ma rozdziału dotyczącego wadium, w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji IV.1.2) jest informacja, że Zamawiający nie wymaga wadium, a w formularzu ofertowym w części E należy podać formę wniesienia wadium i nr rachunku, na jaki należy dokonać jego zwrotu.

Odp. Nie

I. Dotyczy SIWZ, pkt. 5, tabeli Parametry wymagane (graniczne) analizatora 3-DIFF:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym objętość aspirowanej próbki to 50 µl ?

Odp. Tak

Dot. zadania nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na dostawienie kolumny z "Liczba opakowań na 24 m-ce".

Odp. Tak Pak Nr 2

Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni?

Odp. Nie

Par. 3 (Dostawa aparatów) ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odp. 12 osób

Par. 3 (Dostawa aparatów) ust. 5 Zwracamy się z prośbą o dostosowanie terminów obowiązywania umowy zgodnie z SIWZ Par. 3 ust. 1.

Odp. Przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 1. zostanie zrealizowany w okresie od dnia podpisania umowy, przez okres 36 miesięcy Pak Nr 1,3,4,5 Pak Nr 2- 24 miesiące. Na ten czas zostanie zawarta niniejsza umowa.

Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odp. Może ale wystawia po terminie dostawy.

Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Odp. Tak

Uzasadnienie:

Zamawiający może składać zamówienia bez ograniczeń i w dowolnej częstotliwości, dlatego proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.

Par. 7 (Gwarancja (urządzenie)) ust. 3 Zwracamy się z prośbą o dostosowanie terminów obowiązywania zgodnie z SIWZ i Par. 3 ust. 1.

Odp. Przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 1. zostanie zrealizowany w okresie od dnia podpisania umowy, przez okres 36 miesięcy Pak Nr 1,3,4,5 Pak Nr 2- 24 miesiące. Na ten czas zostanie zawarta niniejsza umowa.

Par. 7 (Gwarancja (urządzenie)) ust. 3, ust. 8-9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „nieodpłatnej, bezpłatne, nieodpłatnie” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odp. Tak

Par. 7 (Gwarancja (urządzenie)) ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godziny" na "godziny w dni robocze"?

Odp. Nie

Par. 7 (Gwarancja (urządzenie)) ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odp. Nie

Par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wymiany wynosił 5 dni?

Odp. Nie

Par. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odp. Nie

Par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej dotyczącej aparatu i napraw była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Odp. Nie

Par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości minimalnej kary umownej na 100 zł?

Odp. Nie

Par. 9 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "bez zgody Zamawiającego" na "z przyczyn przez niego zawinionych"?

Zaproponowany zapis nieproporcjonalnie rozszerza odpowiedzialność Wykonawcy, w tym także w przypadku, gdy Wykonawca z uzasadnionych względów chciałby odstąpić od umowy.

Odp. Nie

Par. 9 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Odp. Nie

Par. 9 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp. Nie

Par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odp. Nie

Uzasadnienie:

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

Par. 14 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Par. 15 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp. Nie

1. Pakiet 3 – sprzęt jednorazowy do badań mikrobiologicznych:

- a) Czy dla poz. 1 Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego możliwość przechowywania bakterii tlenowych i fakultatywnych bakterii beztlenowych oraz bakterii beztlenowych w okresie do 72h w temperaturze pokojowej i lodówkowej, a w przypadku bakterii wybrednych do 24h?

Odp. Tak

- b) Czy w poz. 2 Zamawiający wymaga ciekłego podłoża Amies, czy też ciekłego podłoża Vicum (do próbek zawierających wirusy, Chłamydie, Ureaplasme i/lub Mycoplasme)

Odp. Amies

- c) Czy w poz. 2 Zamawiający wymaga flokowanej wymazówki standardowej, pediatrycznej czy też do nosogardzieli?

Odp. Do nosogardzieli

- d) Czy w poz. 3 i 4 Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego pojemność ez dla przykładowej serii?

Odp. Tak

- e) Czy w pozycji 6 Zamawiający nie popełnił omyłki wpisując pojemnik „stożkowy”?

Odp. Nie

- f) Czy w pozycji 6 Zamawiający dopuści standardowy pojemnik na mocz o pojemności 30ml, sterylny, pakowany indywidualnie?

Odp. Tak

- g) Czy w poz. 1 i 5 Zamawiający wymaga wymazówek klasy IIa kompatybilnych z sobą?

Odp. Tak

- h) Czy w poz. 8 Zamawiający dopuści worki o wymiarach 360 x 460mm?

Odp. Nie

- i) Czy w poz. 9 Zamawiający dopuści worki o wymiarach 300 x 660mm?

Odp. Nie

- j) Czy w poz. 9 Zamawiający dopuści worki o wymiarach 360 x 460mm?

Odp. Nie

Dotyczy Pakietu 4

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 4 pozycji 1 i przeniesienie do osobnego pakietu 4a co umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawcą i tym samym pozwoli na wybór najkorzystniejszej z nich?

Odp. Zamawiający wykreśla pozycję z pakietu Nr 4 i tworzy Pakiet Nr 4a

Pakiet Nr 4 a

Lp	Nazwa	Rozmiar	Jednostka	Ilość /3lata	Cena jednostNetto	Cena jednost. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Pipeta Pasteura jednorazowa, z podziałką	3,5 ml	szt	6000				

II. Dotyczy Pakiet 5

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 5 pozycji 2, 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16 i przeniesienie do osobnego pakietu 5a co umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawcą i tym samym pozwala na wybór najkorzystniejszej z nich?

Odp. Nie

2. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o poprawienie w pakiecie 5 pozycji 12 omyłki pisarskiej z 1000ml na 1000μl.

Odp. Tak

3. Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycji 12 wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu o pojemności 1000-1200 μl?

Odp. Nie

4. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o poprawienie w pakiecie 5 pozycji 13 omyłki pisarskiej z 200ml na 200μl.

Odp. Tak

III. Dotyczy Pakiet 3

1. Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 3 wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu konfekcjonowanego po 2000 sztuk w opakowaniu zbiorczym i zwiększenie ilości z 3000 sztuk na 4000 sztuk?

Odp. Tak