

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów
Ul. Witosa 2
02-200 Maków Mazowiecki
Dział Zamówień Publicznych

Maków Mazowiecki 18.02.2019r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku – 9 pakietów”, Sprawa nr : 3/2019r., pakiet 8

Niniejszym działając na podstawie Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, firma Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz).

1. Czy Zamawiający w **pakiecie 8 poz. 3-7** oczekuje przedłożenia min. 3 badań klinicznych potwierdzających niepowodowanie zapalenia żył podczas stosowania kaniuli oraz potwierdzenie biokompatybilności materiału, z jakiego jest wykonana kaniula?

Odp. SIWZ

2. Prosimy o doprecyzowanie, jaki termin ważności jest poprawny 24 czy 12 m-cy?, gdyż w SIWZ i w umowie są różne terminy.

Odp. 12 miesięcy

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp. Zgoda

4. Dot. par. 9 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „(...) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odp. SIWZ

5. Dot. par. 10 wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuści zmianę w umowie w zakresie: numeru katalogowego produktu?

Odp. Zmiana numeru katalogowego tak, natomiast produkt musi być zgodny z pierwotnie oferowanym.

6. Dot. prezentacji produktów (SIWZ)

Czy żądając prezentacji produktu, Zamawiający ma na myśli stawienie się osobiste z próbkami oferowanych produktów, czy też uzna za spełnienie ww wymogu poprzez dosłanie ich np. przez kuriera na adres Zamawiającego?

Odp. Może być wysłane

Pakiet nr 8, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z trzpieniem powyżej krawędzi korka, dzięki czemu łatwiej naprowadzić koreczek właściwie na gwint, a tym samym nakręcić prawidłowo koreczek, co chroni przed rozszczelnieniem?

Odp. Tak

Pakiet nr 8, poz. 1-2

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert.

Odp. Nie

Pakiet 8, poz. 3-7

Proszę o dopuszczenie kaniul z koreczkiem standardowym, który należy docisnąć przy zamknięciu, który nie jest narażony na samootwarcie, tak jak ma to miejsce w przypadku koreczka samodomykającego, który w odwrotnym kierunku może działać jako samootwierający się, co zwiększa ryzyko infekcji.

Odp. Tak

Pakiet 8 poz. 1-7

Czy Zamawiający w zestawie z kaniulami oczekuje dodatkowo mandrynow (opturatorów) – gdyż zamawiający pisze że koreczki, kaniule mandryny mają pochodzić od jednego producenta.

Odp. W zestawie powinna być kaniula z mandrynem i korkiem.

Pakiet nr 8, poz. 8

Proszę o odstąpienie od wymogu jednego producenta dla korków i kaniul. Każdy sprzęt produkowany zgodnie z normą ISO 594-1, zapewnia szczelność połączeń bez względu na jego producenta, w związku z czym wymóg taki nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, natomiast bardzo ogranicza możliwość złożenia oferty wielu Wykonawcom, przez co drastycznie zakłóca rozwój wolnej konkurencji.

Odp. Tak mają być kompatybilne.

Dotyczy SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odp. Tak

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 6 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odp. Nie

Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 7 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odp. Nie

Pytanie 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 6 poz. 10 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odp. Nie

Pak nr 4 I poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków CADO z płynem dializacyjnym o objętości 2,0l i 2,5l o stężeniu glukozy 1,36% i 2,27%, zamiast Worki CADO z płynem dializacyjnym: objętość - 2,0l lub 2,5 lub 3,0 stężenie glukozy : 1,36% , 2,27% , 3,86% ?

Odp. Tak

Pytanie 2:

Pak nr 5 II poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków CADO z płynem dializacyjnym o objętości 2,0l i 2,5l o stężeniu glukozy 1,36% i 2,27%, zamiast Worki CADO z płynem dializacyjnym: objętość - 2,0l lub 2,5 lub 3,0 stężenie glukozy : 1,36% , 2,27% , 3,86% ?

Odp. Tak

Pytanie 3:

Pak nr 6 III poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków ADO z płynem dializacyjnym o objętości 5,0l z glukozą 13,6 mg/ml, 22,7 mg/ml oraz 2,5l glukozą 1,36% w/v 13,6 mg/ml, 2,27% w/v 22,7 mg/ml, zamiast Worki ADO z płynem dializacyjnym: objętość - 5,0 l stężenie glukozy : 1,36% , 2,27% , 3,86%?

Odp. Tak

Pytanie 4:

Pak nr 3A poz 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bikarbonatu suchego w kapsule, który będzie kompatybilny z Dialog +? Reszta zgodna z SIWZ.

Odp. Tak

Pakiet. 2

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wysoce wydajnym preparat dezynfekcyjny oraz odkamieniający na bazie aktywnego tlenu przeznaczonym do stosowania w hemodializatorach oraz stacjach uzdatniania wody. Skład preparatu; w 100g zawiera: 1g kwasu nadoctowego oraz 7g nadtlenu wodoru. Preparat o szerokim spektrum bójcym: działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo oraz wirusobójczo wobec adenowirusa i wirusa polio, w temperaturze do 37⁰C w czasie do 10 min. Zarejestrowany jako wyrób medyczny w opakowaniach 5 l, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.

Odp. Nie