

Maków Mazowiecki, dnia 16 kwietnia 2019r.

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
-Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim
Ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki

- 1) TMS Sp. z o.o.
Ul. Wiertnicza 84
02-952 Warszawa
- 2) GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.
Ul. Wołoska 9
03-583 Warszawa
- 3) Siemens Healthcare sp. z o.o.
Ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
- 3) oraz umieszczono na stronie
Zamawiającego www.szpital-makow.pl zakładka przetargi 2019
znak sprawy 7/2019

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Ze względu na stwierdzenie możliwości ograniczenia konkurencyjności przy zachowaniu dotychczasowych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) i w celu usunięcia sprzeczności wskazanych przez wykonawców, wystąpiła konieczność dokonania zmian w SIWZ dotyczących przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)- dalej w skrócie „P.z.p.” pn. dofinansowanie Projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SP ZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.1. „Infrastruktura ochrony zdrowia”, przetarg znak: 7/2019r.

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w DZ.U Nr 2019/S059-136041 z dnia 25.03. 2019 r.

3. Na podstawie art. 38 ust. 4 P.z.p., Zamawiający wprowadza w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 2 Pakiet 18 Tomograf Komputerowy następujące zmiany:

1) pkt I. 1. otrzymuje brzmienie:

1.	Tomograf do badań całego ciała uzyskujący w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor (podczas skanu spiralnego i osiowego) min. 16 warstw submilimetrowych .	TAK/NIE*
----	---	----------

2) pkt I.3. otrzymuje brzmienie:

3.	Rok produkcji urządzenia 2018 lub 2019, urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane.	TAK/NIE*
----	--	----------

3) pkt I.5. otrzymuje brzmienie:

5.	Certyfikaty i świadectwa na stacji lekarskiej: - deklaracja zgodności dla oferowanego modelu i typu stacji lekarskiej -certyfikat CE - zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych	TAK/NIE*
----	--	----------

4) pkt II.7 otrzymuje brzmienie:

7.	Nominalna moc generatora- minimum	$\geq 50 \text{ kW}$	 (podać)
----	-----------------------------------	----------------------	------------------

5) pkt II.13. otrzymuje brzmienie:

1 3.	Pojemność cieplna anody lampy	min. 3,5 MHU	TAK/NIE*
---------	-------------------------------	--------------	----------

6) pkt III.16. otrzymuje brzmienie:

1 6.	Odległość lampa detektor	$\leq 109 \text{ cm}$	 (podać)
---------	--------------------------	-----------------------	------------------

7) pkt III.18. otrzymuje brzmienie:

1 8.	Zakres stołu bez elementów metalowych umożliwiający skanowanie [cm] (całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta)	$\geq 160 \text{ cm}$	TAK/NIE*
---------	---	-----------------------	----------

8) pkt III.20. skreśla się.

9) pkt III.21. otrzymuje brzmienie:

2 1.	Wskaźniki informujące pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu i możliwości	Komunikacja z pacjentem głosowa oraz rozwiązania dla osób z	TAK/NIE*
---------	--	---	----------

	wypuszczenia powietrza wraz z podaniem ilości czasu (w sekundach) do końca wstrzymania oddechu, umiejscowione z dwóch stron gantry tak aby były widoczne dla niego podczas wykonywania skanowania, zarówno kiedy pacjent wjeżdża do gantry głową, jak i w sytuacji kiedy wjeżdża do gantry nogami. * Jako rozwiązanie równoważne dopuszcza się posiadanie jednego wskaźnika informującego pacjenta o wstrzymaniu oddechu i komunikat słowny zintegrowany z protokołem badania.	dysfunkcją niedosłuchu*	
--	--	-------------------------	--

10) pkt III.22. skreśla się.

11) pkt IV. 30 otrzymuje brzmienie:

3 0.	Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 16 warstw $\leq 0,65$ mm lub grubość najcieńszej warstwy rekonstruowanej 0,6 mm w jednoczesnej akwizycji min. 16 warstw.	TAK/NIE*
---------	--	----------

12) pkt IV. 32 otrzymuje brzmienie:

3 2	Szerokość rekonstrukcji obrazów [obraz/s] w czasie rzeczywistym (w matrycy 512 x 512 z pełną jakością) przebiegającej współbieżnie do akwizycji [obrazów/s]	≥ 20 obr/s a w przypadku rekonstrukcji obrazów z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego ≥ 15 obr/s	TAK/NIE*
--------	---	--	----------

13) pkt IV.36. skreśla się.

14) pkt IV.42. skreśla się.

15) pkt IV.44 otrzymuje brzmienie:

4 4.	Rozdzielczość przestrzenna	$\leq 0,35$ mm	TAK/NIE*
---------	----------------------------	----------------	----------

16) pkt VI.49. otrzymuje brzmienie:

4 9.	Konsola operatorska jedno lub dwumonitorowa	TAK/NIE*
---------	---	----------

17) pkt IX.89. otrzymuje brzmienie:

8 9	Bazodanowe oprogramowanie wraz z serwerem dawek do monitorowania i raportowania poziomu dawek, posiadające następujące minimalne funkcjonalności: -analizę statystyczną poziomu dawek -automatyczne powiadamianie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych dawek -przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów /regiony anatomiczne/rodzaje badań RTG/osobę przeprowadzającą badanie/zmiany pracy zespołu pracowni TK (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.) - ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki	TAK/NIE*
--------	---	----------

	Wyjaśnienie przekroczenia dawki w formie komentarza również zapisywanego w archiwum -przesyłanie sporządzonych raportów do systemu RIS/HIS. Bezterminowa licencja na używanie tego oprogramowania.	
--	--	--

18) pkt IX. 91.

Dotychczasowy zapis uzupełnia się o stwierdzenie:

9 1.	Dopuszcza się jako rozwiązanie równoważne określenie poziomu dawki promieniowania w zależności od rozmiaru badania lub inne rozwiązania równoważne.	TAK/NIE*
---------	--	----------

19) pkt IX.92 skreśla się.

4. Zamawiający przekazuje zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawcom, którym przekazał specyfikację. Ponadto zamawiający zamieszcza informację o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja, zgodnie z art. 38 ust. 2 p.z.p.


DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
Zespołu Lekarskiego i Radiologicznego
Jerzy Wielgolewski