

Maków Mazowiecki 08.05.2019r

Znak sprawy:7/2019

Mając na uwadze art. 7 i 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423). Firma Egerton Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania dotyczące powyższego postępowania:

Zał. Nr 2 - Pak. nr 3 - łóżko wielofunkcyjne OIOM z napędem elektrycznym - 34 sztuki

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne - leże w łóżku wykonane z perforowanej stali ekspondydowej, lakierowanej proszkowo i konserwowanej przez wypalanie?

Odp. Tak

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści sterowanie łóżkiem za pomocą przewodowego pilota z możliwością blokady funkcji za pomocą dodatkowego kluczyka?

Odp. Tak

Pyt. 3

Czy Zamawiający odstąpi od funkcji autokonturu?

Odp. SIWZ i odpowiedziach

Pyt. 4

Czy Zamawiający odstąpi od osłony tworzywowej podwozia? Łóżko dzięki ramionom wznosnym i swojej konstrukcji nie potrzebuje osłony tworzywowej.

Odp. SIWZ i odpowiedziach

Pyt. 5

Czy Zamawiający odstąpi od centralnego hamulca oraz dodatkowego koła do jazdy kierunkowej i dopuści rozwiązanie równoważne - każde z kół blokowane indywidualnie?

Odp. SIWZ i odpowiedziach

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne - listwy odbojowe w każdym narożniku łóżka?

Odp. SIWZ i odpowiedziach

Pyt. 7

Czy Zamawiający dopuści długość łóżka wynoszącą 217 cm? Jest to parametr bardzo nieznacznie różniący się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Tak

Pyt. 8

Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą wynoszącą 96 cm? Jest to parametr bardzo nieznacznie różniący się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Tak

Pyt. 9

Czy Zamawiający dopuści wymiary leża wynoszące 190x81 cm? Są to parametry bardzo nieznacznie odbiegające od wymaganych, które można uznać za równoważne.

Odp. Tak

Pyt. 10

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wysokości wynoszący 36-71 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Tak

Pyt. 11

Czy Zamawiający dopuści regulację oparcia pleców wynoszącą 75 stopni? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odp. Tak

Pyt. 12

Czy Zamawiający dopuści regulację oparcia uda wynoszącą 40 stopni? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Tak

Pyt. 13

Czy Zamawiający dopuści regulację oparcia podudzia wynoszącą 20 stopni? Parametr ten bardzo nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Tak

Pyt. 14

Czy Zamawiający dopuści przechyły TB/ATB wynoszące 0-12 stopni?
wyposażenie łóżka:

Odp. Tak

Pyt. 15

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o grubości 12 cm?

Odp. Tak

Pyt. 16

Czy w rozumieniu funkcji autoregresji Zamawiający dopuści funkcję równoczesnego podnoszenia segmentu głowy i nóg?

Odp. Tak

Pyt. 17

Czy Zamawiający w rozumieniu opisu wyposażenia łóżka, dokładnie szafki przyłóżkowej dopuści szafkę o parametrach lepszych lub równych opisanych poniżej:

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym wykonana z tworzywa HPL oraz stopu aluminium wyposażona w: blat górny zabezpieczony z trzech stron relingami z aluminium, blat boczny, szufladę, przestrzeń na rzeczy pacjenta między szufladą, a szafką oraz zamykaną półkę. Wysuwany blat boczny z uchwytem nie wystającym poza obrys blatu ułatwiającym wyciąganie oraz rączce służącej do regulacji wysokości. Mechanizm oparty na bezawaryjnej konstrukcji dwóch wsuwanych kolumn. Samodomykająca się szuflada z uchwytem aluminiowym. Uchwyt do prowadzenia szafki w blacie bocznym. 4 Cichobieżne koła w tym co najmniej dwa blokowane. Wymiary przestrzeni pomiędzy szufladą a szafką to min. 20 cm. Wymiary szafki (wysokość x szerokość x głębokość) to 80 x 60 x 40 cm. Regulacja wysokości blatu bocznego min. w zakresie 75-100 cm.

Odp. Tak

Załącznik nr 2 - Pak. Nr 4: Łóżko szpitalne regulowane z leżem dwu-segmentowym - 154 sztuk.

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą łóżka wynoszącą 217 cm oraz długość samego leża wynoszącą 190 cm? Są to parametry bardzo nieznacznie różniące się od wymaganego, które można uznać za równoważne.

Odp. Tak

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści całkowitą szerokość łóżka wynoszącą 97 cm oraz szerokość leża wynoszącą 81 cm? Są to parametry bardzo nieznacznie różniące się od wymaganego, które można uznać za równoważne.

Odp. Tak

Pyt. 3

Czy Zamawiający w rozumieniu punktu nr 6. ma na myśli leże min. 2 segmentowe posiadające jeden ruchomy segment, w tym wypadku oparcie pleców?

Odp. SIWZ I odpowiedzi

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne - leże pacjenta wykonane z perforowanej stali epoksydowanej, lakierowanej proszkowo konserwowanej przez wypalanie. Każdy z segmentów leża wykonany z pojedynczego, jednolitego elementu stalowego. Każdy segment wyposażony w otwory wentylacyjne?

Odp. Tak

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści szczyty wykonane z tworzywa ABS?

Odp. Tak

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuści funkcję autokontur wykonywaną za pomocą dwóch przycisków?

Odp. Tak

Pyt. 7

Czy Zamawiający odstąpi od sterownika ręcznego z możliwością blokowania funkcji regulacyjnych?

Odp. SIWZ i odpowiedzi

Pyt. 8

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości łóżka wykonywaną mechanicznie wynoszącą 36-73 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. SIWZ i odpowiedzi

Pyt. 9

Czy Zamawiający odstąpi od funkcji autoregresji oparcia pleców?

Odp. SIWZ i odpowiedzi

Pyt. 10

Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu ud wynoszącą 0-40 stopni? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Tak

Pyt. 11

Czy Zamawiający odstąpi od możliwości regulacji segmentu podudzia z racji tego, iż Zamawiający dopuszcza leże dwusegmentowe?

Odp. Tak

Pyt. 12

Czy Zamawiający odstąpi od możliwości ustawienia koła do jazdy kierunkowej?

Odp. Tak

Pyt. 13

Czy Zamawiający odstąpi od układu centralnego hamowania i dopuści rozwiązanie równoważne - tj. blokada indywidualna każdego koła?

Odp. Tak

Pyt. 14

Czy Zamawiający dopuści listwy odbojowe w każdym narożniku łóżka, stanowiące najbardziej wysunięty element w rogach łóżka, które chronią łóżko bez konieczności posiadania listew odbojowych po bokach łóżka?

Odp. Tak

Pyt. 15

Czy w rozumieniu funkcji autoregresji Zamawiający dopuści funkcję równoczesnego podnoszenia segmentu głowy i nóg?

Odp. Tak

Pyt. 16

Czy w rozumieniu opisu szafki przyłóżkowej Zamawiający dopuści szafkę o parametrach lepszych lub równych opisanych poniżej:

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym wykonana z tworzywa HPL oraz stopu aluminium wyposażona w: blat górny zabezpieczony z trzech stron relingami z aluminium, blat boczny, szufladę, przestrzeń na rzeczy pacjenta między szufladą, a szafką oraz zamykaną półkę. Wysuwany blat boczny z uchwytem nie wystającym poza obrys blatu ułatwiającym wyciąganie oraz ręczce służącej do regulacji wysokości. Mechanizm oparty na bezawaryjnej konstrukcji dwóch wsuwanych kolumn. Samodomykająca się szuflada z uchwytem aluminiowym. Uchwyt do prowadzenia szafki w blacie bocznym. 4 Cichobieżne koła w tym co najmniej dwa blokowane. Wymiary przestrzeni pomiędzy szufladą a szafką to min. 20 cm. Wymiary szafki (wysokość x szerokość x głębokość) to 80 x 60 x 40 cm. Regulacja wysokości blatu bocznego min. w zakresie 75-100 cm.

Odp. Tak

Pak nr 5 - Wózek transportowy - 3 sztuk

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy bez blokady centralnej kół a dopuści rozwiązanie równoważne - koła blokowane indywidualnie?

Odp. Nie

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu oparcia pleców dokonywaną płynnie za pomocą sprężyny gazowej bez blokady?

Odp. SIWZ i odpowiedzi

Pyt. 3

Czy Zamawiający odstąpi od blokady kierunkowej w wózku?

Odp. SIWZ i odpowiedzi

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości wykonywaną za pomocą mechanizmu śrubowego o parametrach: 57-87 cm?

Odp. SIWZ i odpowiedzi

Zał. Nr 2 Pak Nr 26 - Podnośnik dla chorych - 1 sztuka

Pyt. 1

Czy Zamawiający w rozumieniu opisu podnośnika dla chorych, dopuści podnośnik o parametrach równoważnych i lepszych opisanych poniżej:

Elektromechaniczny podnośnik wykonany z wysokiej jakości aluminium o maksymalnym udźwigu 240 kg. Ogumowane cichobieżne, podwójne koła w tym 2 z blokadą jazdy oraz rozszerzana podstawa zapewniają pełną stabilność i bezpieczeństwo korzystającego. Podnoszenie i opuszczanie za pomocą przewodowego pilota. Czteropunktowy wieszak do mocowania kosza transportowego z możliwością regulacji daje pewną i stabilną pozycję pacjenta. Podnośnik dostosowany do podnoszenia pacjenta z podłoża. Wyposażony w przeziernie stabilne i sztywne nosidło, z łatwym sposobem umieszczania pacjenta na nim. W razie awarii zasilania podnośnik można opuścić ręcznie przy pomocy klucza dołączonego do zestawu. Możliwość manewrowania na małej przestrzeni – wystarczy powierzchnia 140 cm x 140 cm aby w pełni korzystać z funkcji podnośnika. Pojemny akumulator pozwala na wykonanie kilkudziesięciu cykli podnoszenia i opuszczania bez konieczności ładowania baterii. Promień skrętu wynoszący 140 cm. Bezpieczne obciążenie robocze podnośnika 240 kg. Długość całkowita 135 cm, szerokość całkowita 69- 126 cm. Podnoszenie w zakresie 3-200 cm. Możliwość doboru nosideł do funkcji, którą podnośnik ma spełniać. Średnica przednich kół to 7,5 cm oraz tylne koła średnica 10 cm. Podnośnik posiada pilot ze wskazaniem poziomu naładowania baterii. Ramię posiada bardzo szeroki zakres pracy a podstawa podnośnika wyposażona jest w cztery koła w tym dwa z blokadą. Podnośnik posiada również ekran LCD.

Odp. SIWZ i odpowiedzi

Pakiet nr 4

1. Zwracamy się do Państwa o dopuszczenie materaca o parametrach spełniających oczekiwania Zamawiającego przewidzianych w opisie parametrów technicznych oraz skorygowanych udzielonymi odpowiedziami, z nieznacznymi odstępstwami. Po przeanalizowaniu materacy dostępnych na rynku z przykrością wskazujemy, że nie ma produktu, który całkowicie spełniał by Państwa oczekiwania, a wręcz istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że taki produkt w ogóle nie istnieje.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie materaca, który wykonany jest z pianki R4442 firmy Eurofoam. Pianka ta, z której wykonane jest wypełnienie materaca posiada certyfikat OEKO-TEX, który potwierdza, że jest to materiał bezpieczny i spełniający szereg wymogów (certyfikat w załączeniu). Pianka ta nie posiada właściwości antystatycznych. W opisie Zamawiający wymaga, aby właściwości antystatyczne posiadała pianka (wnętrze materaca), a zatem materiał z którym pacjent nie styka się bezpośrednio. Pokrowiec może być wykonany z materiału ECOLASTIC lub SANMED 463. Materiał ECOLASTIC (pokrowiec materaca) posiada parametry opisane przez Zamawiającego (siwz, udzielone odpowiedzi na pytania), tylko nie posiada właściwości przeciwwgrzybiczych. Materiał SANMED 463 (pokrowiec materaca), posiada tożsame parametry z opisanymi przez Zamawiającego (siwz, udzielone odpowiedzi na pytania), tylko w przypadku paroprzepuszczalności posiada inny parametr tzn. 300g/m²/24h? Pragniemy zaznaczyć, że parametr ten został dopuszczony w Pakiecie nr 3 w przypadku łóżek dedykowanych na OIOM, a zatem o wyższej specjalizacji niż łóżka z Pakietu nr 4. Jednocześnie wskazujemy, że w opisie materaca jest mowa o „PRZEPUSZCZALNOŚCI POWIETRZA”, co nie jest parametrem odnoszącym się do materaca, a do otaczania. Materiał Sanmed 463, z którego wykonany jest pokrowiec posiada certyfikat OEKO-TEX, który potwierdza, że jest to materiał bezpieczny i spełniający szereg wymogów (certyfikat w załączeniu).

Mając na uwadze powyższe prosimy o:

- 1a) Dopuszczenie materaca wykonanego z pianki R4442 w pokrowcu ECOLASTIC, lub
- 1b) Dopuszczenie materaca wykonanego z pianki R4442 w pokrowcu z tkaniny SANMED 463 - dopuszczonego dla pakietu 3.

Odp. Dopuszcza

Dotyczy pakietu nr 3, 4 (łóżka wielofunkcyjne i szpitalne):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, w ramach wyposażenia łóżek w pakietach 3 i 4 materace szpitalne o następujących cechach?

Materac przeciwoleżynowy pasywny o następujących parametrach:

- wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka
- grubość 120 mm
- dostosowany dla pacjentów o wadze do 180 kg
- wkład – pianka

- *pianka przeciwoleżynowa typu „gofer” o gęstości 35 kg/m³*
- *bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu,*
- *pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 g/m²,*
- *wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny),*
- *oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze,*
- *przepuszczalność powietrza 1000g/m²/24h w temperaturze 38°C,*
- *pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą,*
- *materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych odporny na przenikanie mikroorganizmów,*
- *odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru,*
- *pranie w temp. do 95°C,*
- *odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C i prasowanie do 110°C,*
- *pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączone do oferty,*
- *dołączony do oferty Certyfikat IW 00108 Oeco-Tex klasy I*

Odp. Dopuszcza