

Maków Mazowiecki 11.02.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę akcesorii artroskopowych, implantów, folii operacyjnej, ostrza do pił, igieł dializacyjnych - 11 pakietów - 01/2020

ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako uczestnik postępowania przetargowego zwraca się z następującymi zapytaniami:

Pakiet nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką w rozmiarze CH 21 oraz drenem w rozmiarze CH 24?

Odp. Tak

Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 60x52cm i powierzchni lepnej 60x45cm?

Odp. Nie

Pakiet nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 42x42cm i powierzchni lepnej 42x36cm?

Odp. Nie

Pakiet nr 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 80x60cm i powierzchni lepnej 80x54cm?

Odp. Nie

Pakiet nr 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 70x80cm i powierzchni lepnej 70x75cm?

Odp. Nie

Pytanie 1:

Dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane igły dializacyjne nie były sterylizowane w ETO, z uwagi na fakt iż tlenek etylenu jest substancją silnie rakotwórczą i pozostającą przez długi czas w sterylizowanym sprzęcie?

Odp. Dopuszcza